

Sprawa ZP/06/2017

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup bielizny operacyjnej i ochronnej jednorazowego użytku**” ogłoszonego w BZP pod nr 49006-2017 z dnia 22.03.2017r informujemy :

Pytania:

1. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania zwracam się z następującymi zapytaniami:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 2 poz.1 kompletu pościeli z poszwą o wymiarowaniu 160x200cm?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 2 poz.1 kompletu pościeli z poszewką o wymiarowaniu 70x80cm?

Odpowiedź: Tak

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 2 poz.2 podkładu z perforacją co 37cm?

Odpowiedź: Tak

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Nie

5. Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 4 zestawu serwet do operacji stawu biodrowego, w którym serwety przylepne 75x90, 180x180cm oraz 150x240cm posiadają warstwę chłonną o wymiarach 25x60 cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Tak

6. Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów, w których serwety na stolik Mayo składane są w inny sposób niż teleskopowy – również zapewniający aseptyczny sposób aplikacji w warunkach bloku operacyjnego.

Odpowiedź: Tak

7. Pytanie 3 – dotyczy zapisów SIWZ pkt. 3 poz. 3)

Prosimy o potwierdzenie czy zapis zawarty SIWZ: „- *wymagane jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1:2008 (sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)*” nie dotyczy wymagań dla Pakietu nr 1.

Odpowiedź: Zapis nie dotyczy wymagań dla pakietu nr 1.

8. Pakiet 1, poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów operacyjnych z potrójnym szwem na rękawach, o odporności na rozerwanie na sucho 140 kPa, na mokro 130 kPa, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie

9. Pakiet 1, poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów operacyjnych z potrójnym szwem na rękawach, o odporności obszaru wzmocnień na rozerwanie na sucho 150 kPa, na mokro 140 kPa, odporności na przenikanie cieczy obszaru wzmocnień 215 cm H₂O, o gramaturze wzmocnień 40g/m², pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie

10. Pakiet 1 poz. 1 i 2 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie

11. W nawiązaniu do zapisu pod formularzem cenowym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na potwierdzenie parametrów kart technicznych wyrobu gotowego.

Odpowiedź: Tak

12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaofiarowania fartuchów posiadających 2 naklejki transferowe z kodem produktu, datą ważności, numerem serii i oznaczeniem producenta.

Odpowiedź: Tak

13. Zapytania dot. asortymentu: W związku z krótkim terminem jaki mija od ogłoszenia przetargu do terminu składania ofert oraz wypadającym w tym terminie weekendem, zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia niejałowych próbek. Prośbę naszą argumentujemy długim okresem potrzebnym na prawidłowe i bezpieczne wysterylizowanie wymaganych próbek.

Odpowiedź: Tak

14. Pakiet 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w składzie: poszwa 200x150cm, poszewka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

15. Pakiet 2 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny preforowany co 33cm o długości 25m z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

16. Pakiet 3 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia p/p jałowy z 1 szt. serwety foliowanej 42 g/m², niebieską, w rozm. 75 x 75 cm, do owinięcia zestawu, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

17. Pakiet 3 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zestaw zabiegowy o składzie:

1 szt. serweta włókninowa włókninowa 35 g/m², rozm. 50 x 60 cm, do zawinięcia zestawu, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

18. Pakiet 3 poz. 14: Czy Zamawiający wymaga fartucha medycznego o gramaturze 35 g/m², ze wzmocnieniem o gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź: Tak

19. Pakiet 3 poz. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zestawu do zabiegów okulistycznych, który w swoim składzie posiada opatrunek oczny o wym. 2cmx15cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie

20. Pakiet 3 poz. 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zestawu do porodu, który w swoim składzie posiada 2szt. serwet gazowych 90x75cm 4W z tasiemką i nitką RTG oraz 6szt. serwet kompresowych o wym. 30x30cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak

Pytania dot. projektu umowy:

21. Czy wszystkie terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak, jeśli podanemu terminowi towarzyszy określenie „robocze” za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

22. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z § 3 pkt. 4.2

23. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu określającego minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (procentowo)? Odpowiedź na pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny.

Odpowiedź: Tak, minimum 80%.

24. Czy Zamawiający wymaga terminu płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga terminu płatności 60 dni.

25. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par.7 ust 1. wzoru umowy była naliczana nie od wartości netto umowy, lecz od wartości niezrealizowanej części zamówienia?

Odpowiedź: Nie

26. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej z 10 % do 7 % (par.7 ust 1.)?

Odpowiedź: Nie

27. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Nie

28. Zadanie 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli z włókniny polipropylenowej o następującym składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

Odpowiedź: Tak

29. Zadanie 2 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu pościeli o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź: Nie


30. Zadanie 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu perforowanego co 38cm, pozostałe parametry zgodne z siwz


Odpowiedź: Tak

31. Zadanie 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następujących parametrach:




200x260cm
1szt./pc.




170x180cm
1szt./pc.



30x30cm
4szt./pcs



80x140cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów oraz osłoną na genitalia	8 - SMS, 1 - wzmocnienie
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów	8 - SMS, 1 - wzmocnienie
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2	17 - spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.	19 - laminat 2w
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.	16 - laminat 2w


Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.


Odpowiedź: Tak

32. Zadanie 4 poz. 3


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następujących parametrach:



200x260cm
1szt./pc.



170x180cm
1szt./pc.



150x180cm
1szt./pc.




30x30cm
4szt./pcs




10x50cm
1szt./pc.



30x60cm
1szt./pc.



80x140cm
1szt./pc.



150x190cm
1szt./pc.

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów	8 - SMS, 1 - wzmocnienie
--	--------------------------

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów	8 - SMS, 1 - wzmocnienie
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2	6 - laminat 2w
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2	17 - spunlace
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2	18 - spunlace
1 x serweta elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 60 cm	
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.	19 - laminat 2w
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.	16 - laminat 2w

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź: Tak

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Rafał Lipiec