

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 31.05.2017r

Sprawa ZP/10/2017

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „ **zakup, dostawa i instalacja urządzeń i aparatury medycznej** ” ogłoszonego w BZP pod nr 516755-N -2017 z dnia 24.05.2017r informujemy :


Pytanie:

Dot. Zadania 5 – wyposażenie Szpitalnego Oddziału ratunkowego poz. 6 – Rectoskop – 1 pkt. 12 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy zamawiający oprócz jednego zestawu rektoskopowego wymaga dodatkowego wyposażenia tzn.

- tubus proktoskopowy
- obturator do tubusa TP 100
- tubus sigmoidoskopowy
- obturator do tubusa TS 300
- okular do głowicy rektoskopowej
- głowica rektoskopowa światłowodowa
- światłowód możliwość dostosowania do współpracy
- z dolnym źródłem światła
- rękojeść?

Pragniemy zaznaczyć że powyższe wyposażenie stanowi już standardowe wyposażenie wymaganego zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 kompletnego zestawu rektoskopowego.


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Rafał Lipiec