

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 30.10.2017r

Sprawa ZP/24/2017

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup i dostawy artykułów medycznych do dializ „** ogłoszonego **w Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 606734-N-2017 z dnia 25.10.2017r informujemy:

Pytania:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 miał na myśli Dializator syntetyczny, jednorazowego użytku ,sterylizowany parą wodną, z klirensiem fosforanów minimum 164ml/min przy $Q_b=300\text{ml/min}$, objętość wypełniania nie większa niż 54 ml, o powierzchni 1m^2 , z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności ?

Odpowiedź: Tak

2. Uprzejmie proszę o określenie w Pakiecie nr 1 powierzchni dializatorów, jakich Zamawiający będzie wymagał.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga powierzchni $1,3\text{ m}^2$, $1,5\text{ m}^2$, $1,7\text{ m}^2$, $1,9\text{ m}^2$, $2,1\text{ m}^2$

3. Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, 3, 4, 5 i 6 wyrobów medycznych (do tej pory używanych w Państwa Stacji Dializ) z wyraźnym oznakowaniem wymaganych informacji, zamiast naklejki dwustronnej.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

PAKIET 1 - DIALIZATORY

Dializator syntetyczny bez użycia pary wodnej i tlenku etylenu, helixon, polinefron o powierzchni od $1,3$ do $2,1\text{m}^2$ z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności. Ilość powierzchni w zależności od potrzeb zamawiającego, będzie podawana w zamówieniu

4. Czy Zamawiający mając na względzie możliwość złożenia oferty przez więcej niż jednego Oferenta w Pakiecie 1 poz.1 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów o z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Specjalnie zaprojektowana membrana Polyamix™ minimalizuje straty kluczowych białek podczas dializy.

Odpowiedź: Nie

5. Prośba do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu- Dializator syntetyczny z naklejką dwustronną.

Odpowiedź: Dializator posiada metryczkę z Nr serii, datę ważności, oraz rodzajem dializatora. Metryczka ta jest wykorzystywana do dokumentacji.

21

PAKIET 3 - DIALIZATORY

Dializator syntetyczny wysokoprzepływowy bez użyci pary wodnej i tlenu etylenu, helixon, polinefron, o powierzchni 2,5m² z naklejką dwustronną zawierającą nazwę produktu oraz serię i datę ważności.

6. W trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurencji i mając na względzie możliwość złożenia oferty przez więcej niż jednego Oferenta Zamawiający w Pakiecie 3 poz.1 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów wysokoprzepływowych o powierzchni 2,1 m² z membraną Polyamix™ wykonanych z mieszanki polimerów poliaryleTERSulfonu, poliwinylolipirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Specjalnie zaprojektowana membrana Polyamix™ minimalizuje straty kluczowych białek podczas dializy.

Odpowiedź: Nie

7. Prośba do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu- Dializator syntetyczny z naklejką dwustronną?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 5.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
lekarz Dariusz Kopania

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY

Rafał Lipiec

21