

Sprawa ZP/30/2017

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych**” ogłoszonego w **BZP** pod nr **628241-N-2017** z dnia 06.12.2017r informujemy :

Pytanie:

Przedmiot zamówienia – Pakiet 2 :

1. Poz. 5,6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów włókninowych jałowych w opakowaniach a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Tak

2. Poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu włókninowego Y w opakowaniach a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

3. Poz. 3 i 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów i serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak

4. Poz. 5,6,7,8 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu naklejek do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Nie, minimum jedna naklejka

5. Poz. 1-4, 9-10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na kompresy i serwety z min. jedną naklejką do wklejenia do dokumentacji medycznej na opakowaniu?
Odpowiedź: Tak

Przedmiot zamówienia – Pakiet 3 :

6. Poz. 1-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych niejałowych pakowanych w opakowania a' 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź: Tak

7. Przedmiot zamówienia – Pakiet 5 : 7. Poz. – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu higienicznego w opakowaniach a' 30 szt.? Reszta parametrów bez zmian.
Odpowiedź: Tak

8. dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-3

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach możliwości złożenia oferty na produkty równoważne Zamawiający dopuszcza opakowania kompresów niejałowych a' 100 szt z przeliczeniem ogólnej wymaganej liczby opakowań, tj.
Poz.1 – 7500 op
Poz.2 – 8000 op
Poz.3 – 4250 op

Odpowiedź: Dopuszczamy przeliczenie ilości.

9. dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający umożliwi złożenie w tym pakiecie ofert na pozycje w celu otrzymania porównywalnych jakościowo i cenowo ofert od szerszego grona wykonawców? Zamawiający dzięki ocenie jakościowej będzie mógł dokonać relatywnie najlepszego wyboru biorąc pod uwagę zarówno cenę jak i jakość.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 - czy Zamawiający wydzieli zestawy do dializ do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty szerszemu gronu wykonawców? Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny szpitala takie rozwiązanie jest dla Zamawiającego bardzo korzystne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

11. dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ w dwudzielnym perforowanym opakowaniu papierowo foliowym typu miękkiej blistry z widocznym składem, co w dużej mierze usprawnia aseptyczny sposób przeprowadzenia dializy.

Rozpoczęcie (jedna komora):

3 szt. - kompresów, 4 warstwowe z włókna 30gr/m², w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm

1 szt. - serwetki włókninowa foliowana, 44g/m² w rozmiarze 60cm x 50cm

2 szt. - włókninowy opatrunek do mocowania kaniuli z podkładką chłonną, w rozmiarze 8cm x 6cm.

Zakończenie (druga komora):

4 szt. - kompresy 4 warstwowe z włókna 30gr/m² w rozmiarze 7,5cm x 7,5cm

Zamawiający na podstawie dostarczonych próbek będzie mógł ocenić jakość proponowanego zestawu.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

12. dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 – czy Zamawiający wydzieli zestaw do zakładania szwów do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty szerszemu gronu wykonawców? Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny szpitala takie rozwiązanie jest dla Zamawiającego bardzo korzystne.


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

13. dotyczy Pakietu nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zakładania szwów w składzie:

- tufery gazowe 20/19cm, 17n, 8w – 10szt
- Kompresy gazowe 7,5x7,7cm, 17n, 8w – 5szt
- Pęseta plastikowa zielona – 1szt
- Nożyczki Iris ostre 11cm – 1szt
- Serwetki 50x60cm z otworem 6x8cm – 1szt
- Taca medyczna 3 komorowa – 1szt

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



14. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź: Tak

15. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Odpowiedź: Nie

16. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź: Dopuszczamy

17. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Nie

18. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

Odpowiedź: Dopuszczamy

19. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Odpowiedź: Dopuszczamy

20. dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

Odpowiedź: Dopuszczamy

21. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia towaru do magazynu apteki.

22. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Odpowiedź: Nie wymagamy

23. dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedyicznymi

Odpowiedź: Nie wymagamy

24. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet: 5,6): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

25. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 5): podkład chłonny 60x90cm, pakowane a'5, z wkładem chłonnym o rozmiarze co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności na poziomie co najmniej 2000g?

Odpowiedź: Dopuszczamy

26. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 6): podkłady ginekologiczne dla dorosłych, niejadalne, nie wymagające sterylizacji, w rozmiarze 34 x 12cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

27. Czy Zamawiający dopuści przedstawienie w wykazie wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat dostaw innych wyrobów higienicznych takich jak np. pieluchomajtki czy też podkłady lub dostaw innych wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

28. Pakiet 3, poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów pakowanych po 100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

29. Pakiet 3, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresu jałowego.

Odpowiedź: Dopuszczamy, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

30. Pakiet 7, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu i dopuszczenie do zaoferowania zestawu do dializ o następującym składzie:

HD

START:

Serweta z laminatu (folia PE + celuloza) 50x35cm 1szt.

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 4szt.

Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 2szt.

Opatrunek do mocowania wkłuć 6x8cm z dodatkowym padem włókninowym pakowana dodatkowo w opakowanie papierowo-foliowe 2szt.

Rękawice nitylowe z teksturowaną powierzchnią rozmiar S/M 2szt.

Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

END II

Kompresy z włókniny bawełnianej 7,5x7,5cm 6szt.

Przylepiec włókninowy zabezpieczony warstwą papierową z perforacją 2x15cm 4szt.

Rękawice nitylowe teksturowane rozmiar S/M 2szt.

Rękawica nitylowa teksturowana rozmiar L 1szt.

Opakowanie typu blister z podwójną etykietą samoprzylepną zawierającą m.in. numer referencyjny, datę ważności i numer lot, dane producenta oraz kod kreskowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące zapisów umowy:

31. Prosimy o wykreślenie zapisów § 4 ust. 4 i 5 projektu umowy.

Odpowiedź: Nie

32. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 4 o następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź: Nie

33. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 5 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Nie

34. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 6 ust. 1 terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Nie

35. Prosimy o wykreślenie zapisu § 8 ust. 2 projektu umowy.

Odpowiedź: Nie

36. Prosimy o modyfikację zapisu § 9 ust. 1 pkt 2) lit. a) projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.

Odpowiedź: Nie

37. Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 50 zł za jeden dzień zwłoki w § 9 ust. 1 pkt 2) lit. b) oraz c). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Nie

Pakiet 2 Poz.1-4

38. Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe, jałowe 17 nitkowe, 8 warstwowe, bez nitki RTG, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

39. Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź: Tak

40. Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: Tak

41. Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź: Tak

42. Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Tak

43. Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pakiet 2 Poz.9

44. Czy zamawiający dopuści serwetę gazową z nitką RTG i tasiemką, 45 cm x 45 cm, jałową, sterylizowaną tlenkiem etylenu, pakowaną indywidualnie w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Tak

45. Pakiet 2 Poz.10

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową z nitką RTG i tasiemką, 45 cm x 45 cm, jałową, sterylizowaną tlenkiem etylenu, pakowaną indywidualnie w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 2 Poz. 1-10

46. Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza proces sterylizacji wyrobów medycznych sterylnych wdrożony u wytwórcy. Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

47. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odpowiedź: Tak

Pakiet 3 Poz.1-3

48. Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź: Tak

49. Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: tak

50. Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź: Nie

51. Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe, 8 warstwowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

52. Czy zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem ilości.

53. Czy zamawiający dopuści wycenę za kompresy gazowe pakowane po 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Dopuszczamy

54. Pakiet 3 Poz.2

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Tak, ale minimum 12 warstw

55. Pakiet 3 Poz.3

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarach 10 cm x 10 cm?

Odpowiedź: Tak, ale minimum 12 warstw

56. Pakiet 3 Poz.4

Czy zamawiający wydzieli poz. do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 9 Poz.1

57. Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Odpowiedź: Dopuszczamy

58. Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Dopuszczamy

59. Czy zamawiający dopuszcza gazę w składce 17 nitkową, niejałową, 90 cm x 100 m ?

Odpowiedź: Dopuszczamy

60. Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź: Dopuszczamy ale nie wymagamy

61. Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: Dopuszczamy nie wymagamy

62. Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź: Nie

pakiet 9 Poz.2-3

63. Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą, która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, wyrób jednorazowego użytku, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

64. Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

pakiet 9 Poz.4

65. Czy zamawiający dopuści opaskę dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób niejako klasy I ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

66. Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

67. Pakiet 11 : Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

68. Pakiet 1

Prosimy o dopuszczenie włókninowego opatrunku do wenflonów w rozmiarze 6x7cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

69. Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 1 z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

70. Pakiet 13 poz.1

Prosimy o dopuszczenie przylepca na tkaninie bawełnianej z hypoalergicznym klejem akrylowym, przylepiec z ząbkowanymi brzegami.

Odpowiedź: Tak

71. Pakiet 13 poz.5

Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak

72. Pakiet 17 poz.1

Prosimy o dopuszczenie poliuretanowej folii operacyjnej w rozmiarze części przylepnej 28cm x 30 cm, rozmiar całkowity 28cm x 38,5cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

73. Pakiet 17 poz.2

Prosimy o dopuszczenie poliuretanowej folii operacyjnej w rozmiarze części przylepnej 45cm x 55 cm, rozmiar całkowity 45cm x 63,5cm, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

74. Pakiet 17 poz.3

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta. Powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm). Folia pakowana a 15 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

75. Pakiet 17 poz.4

Prosimy o dopuszczenie folii chirurgicznej wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta. Powierzchnia lepna 34x40cm (całkowita 40x40cm).Folia pakowana a 15 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

76. Pakiet 17 poz.5

Prosimy o dopuszczenie jałowego włókninowego opatrunku z wkładem chłonnym z 75% z włókien wiskozowych i w 25% z włókien PET pokryty nieprzylepną siateczką z PE. Hipoalergiczny klej akrylowym. Rozmiar 10cmx15 cm a 5 sztuk.

Odpowiedź: Dopuszczamy

77. Pakiet 17 poz.6

Prosimy o dopuszczenie jałowego włókninowego opatrunku z wkładem chłonnym z 75% z włókien wiskozowych i w 25% z włókien PET pokryty nieprzylepną siateczką z PE. Hipoalergiczny klej akrylowym. Rozmiar 10cmx35 cm a 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Dopuszczamy

78. Pakiet 17 poz.7

Prosimy o dopuszczenie jałowego włókninowego opatrunku z wkładem chłonnym z 75% z włókien wiskozowych i w 25% z włókien PET pokryty nieprzylepną siateczką z PE. Hipoalergiczny klej akrylowym. Rozmiar 10cmx25 cm a 40 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Dopuszczamy

79. Pakiet 17 poz.8

Prosimy o dopuszczenie jałowych pasków do zamykania ran w rozmiarze 6mmx75mm (koperta a 6 pasków) a 100 sztuk.

Odpowiedź: Tak, z przeliczeniem ilości

80. Pakiet 17 poz.11

Prosimy o dopuszczenie opatrunku bez dodatkowych wzmocnień z włókniny, pozostałe zapisy zgodne SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

81. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w poz. 1, 2 i 3 kompresy w opakowaniach a '100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości , co umożliwi udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź: Tak, dopuszczam

82. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 w poz. 4 kompresy gazowe niejałowe 17 N, 12W, lub 16W w rozmiarze 10 cmx20 cm , op. a'100 szt. co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców , a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, wymagamy kompres wysokochłonny włókninowy a nie gazowy.

83. Parkiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy

84. Pakiet 2

Prosimy o wskazanie przesłanek Zamawiającego stanowiących podstawę żądania załączenia do oferty przetargowej raportu z walidacji procesu sterylizacji.

Wyroby medyczne wprowadzane po raz pierwszy do obrotu muszą przejść procedurę oceny zgodności, która potwierdzi, że spełniają wszystkie odnoszące się do nich wymagania zasadnicze. W przypadku wyrobów medycznych sterylnych oraz klasy IIa ocena zgodności jest przeprowadzana przy współudziale jednostki notyfikowanej.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 WYMAGANIA ZASADNICZE DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH Część 1.

Wymagania ogólne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych „Wyroby medyczne muszą być zaprojektowane i wytworzone tak, aby ich stosowanie w przewidzianych warunkach i zgodnie z przewidzianym zastosowaniem nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów, użytkowników oraz innych osób”. W ust. 8.4 części II Załącznika nr 1 do tegoż Rozporządzenia określono „Wyroby medyczne dostarczane w stanie sterylnym muszą być wytworzone i wysterylizowane odpowiednią zwalidowaną metodą”. Wspomniany wymóg odnosi się do wszystkich metod sterylizacji tj.:

- sterylizacji tlenkiem etylenu zgodnie z normą EN-ISO 11135
- sterylizacji ciepłem wilgotym (parą wodną) zgodnie z EN-ISO 17665
- sterylizacji radiacyjnej zgodnie z EN-ISO 11137

Chcemy nadmienić, iż zgodnie z Załącznikiem VII ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych ust. 6.2 „Dla wyrobów medycznych klasy IIa jednostka notyfikowana, w ramach oceny, o której mowa w ust. 3.3, ocenia dokumentację techniczną określoną w ust. 3 załącznika nr 7 do rozporządzenia co najmniej jednej reprezentatywnej próbki z każdej kategorii wyrobów medycznych w celu potwierdzenia zgodności z odnoszącymi się do tych wyrobów wymaganiami”

Jednym z elementów oceny dokumentacji jest weryfikacji procesu sterylizacji na podstawie raportu walidacji. W związku z powyższym jeżeli produkt przeszedł ocenę zgodności i został dopuszczony do obrotu a procedura ta odbyła się przy udziale jednostki notyfikowanej co stanowi wymóg obligatoryjny dla produktów sterylnych oraz klasy IIa procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Jak wspomniano na wstępie nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość odnosi się również do procesu sterylizacji. Już samo dopuszczenie produktu do obrotu stanowi gwarancję, iż produkt został wytworzony i wysterylizowany odpowiednią zwalidowaną metodą. W związku z powyższym żądanie przez Zamawiającego przedstawienia raportu z walidacji procesu sterylizacji jest całkowicie bezzasadne i wnosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

85. Pakiet 2, pozycja 2,4

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a'10szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy przeliczenie ilości dla kompresów jałowych zgodnych z SIWZ

86. Pakiet 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe w rozmiarze 10 x 10cm pakowane a'10szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

87. Pakiet 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

88. Pakiet 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 10 x 10cm pakowane a'5szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

89. Pakiet 2, pozycja 9-10

Prosimy o odstąpienie od umieszczenia dwóch nalepek na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Minimum 1 nalepka

90. Pakiet 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy pakowany a'50szt wraz z wyceną za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczam opakowanie a'50 szt. , pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

91. Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny w opakowaniu a'25szt wraz z wyceną za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczam przeliczenie z zachowaniem pozostałych parametrów Siwz

92. Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny w rozmiarze 34cm x 8cm w opakowaniu a'20szt wraz z wyceną za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy przeliczenie jałowych podkładów

93. Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową	1
2	Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm	1
3	Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne	2
4	Tupfery gazowe 15cmx15cm (kula okrągła)	5
5	Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm	1
6	Miseczka 120 ml okrągła śr.85mm x wys.30mm	1
7	Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer	1
8	Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40)	1
PAKOWANE OSOBNO		
9	Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny dł. 150cm	1
10	Cewnik Foley dwudrożny CH 16 - 22 bal.30-50ml z plastikową zastawką	1

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź: Dopuszczamy pod warunkiem dołączenia minimum 1 nalepki z opisem (data ważności , seria, nazwa producenta) do wklejenia do dokumentacji medycznej

94. Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
Początek procedury		
1	Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm NONVI lux	3 szt.
2	Podkład pola operacyjnego 50 x 60 cm	1 szt.

3	Opatrunek do mocowania kaniul, jałowy 6cm x 8cm elastopor IV	2 szt.
Koniec procedury		
6	Kompres wł.30G 4W 7,5cmx7,5cm NONVI lux	4 szt.

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź: Dopuszczamy pod warunkiem dołączenie minimum 1 nalepki z opisem (data ważności , seria, nazwa producenta) do wklejenia do dokumentacji medycznej

95. Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Kompres gaz. niejał. 17N 8W 7,5cm x 7,5cm NONVI lux	10 szt.
2	Podkład włókninowy 75cm x 75cm	1 szt.
3	Podkład włókninowy 50cm x 80cm	2 szt.

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy, całość w zbiorczym opakowaniu foliowym
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź: Dopuszczamy pod warunkiem dołączenie minimum 1 nalepki z opisem (data ważności , seria, nazwa producenta) do wklejenia do dokumentacji medycznej

96. Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR 15cm	1 szt.
2	Pęseta anatomiczna metalowa j.u. 14cm	1 szt.
3	Nożyczki ostre/ostre metalowe j.u. 15cm	1 szt.
4	Chwytnik plastikowy do tamponów j.u. dł.13,9cm	1 szt.
5	Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową	1 szt.
6	Serweta operacyjna , 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm	1 szt.
7	Kompres gaz.17N 8W 10cmx10cm KOMPRI lux	10 szt.

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy, całość w zbiorczym opakowaniu foliowym

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

97. Pakiet 7, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Tupfery gazowe kula 17N 20cmx20cm	6 szt.
2	Pęseta plastikowa j.u.	1 szt.

3	Ostrze chirurgiczne typu Stich Cutter, długie, 11 cm	1 szt.
4	Rękawice lateksowe, bezpudrowe rozmiar M	2 szt.

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy, całość w zbiorczym opakowaniu foliowym
 Sterylizacja: w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
 tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

98. Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1.	Serweta operacyjna, 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową	1
2.	Serweta operacyjna, 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm	1
3.	Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm KOMPRI lux	10
4.	Tupfery gazowe kule 20cmx20cm	10
5.	Ostrza chirurgiczne nr 11	1
6.	Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm	1
7.	Igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR 15cm	1
8.	Strzykawka j.u. trzyczęściowa 20 ml Luer	1
9.	Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer	1
10.	Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) dispoFINE	1
11.	Igła iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) dispoFINE	1

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy
 Sterylizacja: w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
 tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1
 Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy, całość w zbiorczym opakowaniu foliowym
 Sterylizacja: w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem
 tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź: Dopuszczamy pod warunkiem dołączenia minimum 1 nalepki z opisem (data ważności, seria, nazwa producenta) do wklejenia do dokumentacji medycznej

99. Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

L.p.	Nazwa	ilość	J.M.
1	Nerka j.u.	1	szt.
2	Tupfer gazowy kula 3,5cm	5	szt.
3	Kompres gaz.17N 8W 7,5cmx7,5cm KOMPRI lux	5	szt.
4	Pojemnik okrągły, skalowany, poj. 250 ml, 100 x 53mm	1	szt.
5	Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm	1	szt.
6	Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem 6 x 8 cm	1	szt.

7	Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa	1	szt.
8	Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer	1	szt.
9	Igła iniekcyjna j.u. (0,9 x 40)	2	szt.
PAKOWANE OSOBNO			
10	Rękawice chirurgiczne sterylne rozm. 8,0 pudrowane	1	para
11	Instillagel Almed - żel do znieczulenia błon śluzowych 5ml	1	szt.
12	Aqua pro injectione 10 ml	1	szt.
13	Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T	1	szt.
14	Octenilin płyn, saszetka 30ml	1	szt.

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

100. Pakiet 7, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

L.p.	Nazwa	Ilość
1	Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa	1
2	Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm	1
3	Rękawice lateksowe, pudrowane rozm. M	2
4	Tupfery gazowe kule 20cmx20cm	6
5	Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm	1

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź: Dopuszczamy pod warunkiem dołączenie minimum 1 nalepki z opisem (data ważności , seria, nazwa producenta) do wklejenia do dokumentacji medycznej

101. Pakiet 7, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Kompres gaz. niejał. 17N 8W 7,5cm x 7,5cm NONVI lux	10 szt.
2	Podkład włókninowy 75cm x 75cm	1 szt.
3	Podkład włókninowy 50cm x 80cm	2 szt.

Opakowanie: rękaw foliowo-papierowy, całość w zbiorczym opakowaniu foliowym
Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

102. Pakiet 7, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4

Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

103. Pakiet 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a'5kg wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

104. Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę gazy bawełnianej 100 mb z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

105. Pakiet 10, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania nawiniętą na plastikowy trzpień. Czas moczenia opaski 8-10sek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

106. Pakiet 10, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania o 3 min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

107. Pakiet 10, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania o 5-6 min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

108. Pakiet 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową pakowaną a 3m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Dopuszczamy

109. Pakiet 10, pozycja 5-7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

110. Pakiet 11, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy składającej się w 71% z przędzy poliamidowej i 29% przędzy poliuretanowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

111. Pakiet 12, pozycja 1-2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

112. Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej w kolorze cielistym z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

113. Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Tak

114. Pakiet 13, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'10szt wraz z wyceną za opakowanie z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczam przeliczenie ilości , pozostałe wymagania SIWZ bez zmian

115. Pakiet 13, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści plaster foliowy z opatrunkiem w opakowaniu a'200szt wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj za 2 opak?

Odpowiedź: Dopuszczamy

116. Pakiet 14, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w którym część chłonna jest wykonana z hydrofobowej włókniny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

117. Pakiet 14, pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga przylepca pakowanego a'100szt tj. 1 opakowanie?

Odpowiedź: Zamawiający w zamówieniu oczekuje 100 szt przylepców , dopuszcza opakowanie =100 plastrów

118. Pakiet 14, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przylepiec mocujący z 2-stopniowym systemem aplikacji?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy

119. Pakiet 14, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści gazik do dezynfekcji skóry o wielkości 30mm x 65mm(rołożony)/30mmx 32,5mm (złożony) w opakowaniu a'100szt?

Odpowiedź: Tak

120. Pakiet 17, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści folię o grubości 0,03mm, wykonaną z poliuretanu, sterylizowaną tlenkiem etylenu w opakowaniu a'1szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

121. Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 30 x 40cm, roz. Przylepny 30 x 36cm?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ**

122. Pakiet 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 45 x 55cm, roz. Przylepny 45 x 49cm?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ**

123. Pakiet 17, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu, sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ**

124. Pakiet 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 60 x 52cm, roz. Przylepny 60 x 46cm?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ**

125. Pakiet 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 42 x 42cm, roz. Przylepny 42 x 36cm?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ**

126. Pakiet 17, pozycja 5-7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym składającym się z 80% włókna naturalnego, 20% poliestru?

Odpowiedź: **Zgodnie z SIWZ**

127. Pakiet 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'30szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, ale pozostałe wymogi bez zmian

128. Pakiet 17, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu a'25szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, ale pozostałe wymogi bez zmian

129. Pakiet 17, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy w opakowaniu a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, ale pozostałe wymogi bez zmian

130. Pakiet 17, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6cm x 7cm bez dodatkowych pasków mocujących?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

131. Pakiet 17, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przylepiec bez perforacji w kolorze cielistym bądź białym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

132. SIWZ p. XII

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje złożenia do oferty wyłącznie próbek i katalogów tych produktów, które wymienił w załączniku 7, tj. na podstawie których będzie oceniał jakość.

Odpowiedź: Tak

133. UMOWA §9 ust. 1 p.2b) oraz 2c)

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy i naliczanie kary umownej w sposób powszechnie przyjęty tj. w wysokości 0,02% - 2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia/ dzień zwłoki oraz w wysokości 0,02% - 2% wartości brutto wyrobów wadliwych, brakujących lub niezgodnych z zamówieniem / dzień zwłoki w usunięciu wad.

Kary, które Zamawiający zapisuje w umowie, nie mogą być narzędziem do obciążenia wykonawców nadmiernym, nieuzasadnionym ryzykiem. Takie postępowanie przynosi szkody nie tylko podmiotom realizującym zadania, ale zagraża również zasadności wydatkowania finansów publicznych, która powinna być podstawą wszystkich działań w ramach zamówień publicznych. Podnoszenie ryzyka po stronie wykonawcy, musi zostać uwzględniona w kwocie oferty, co jest sprzeczne z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi – wyrażającej się w realizacji zamówienia publicznego przy możliwie najmniejszych środkach. Wygórowana wysokość kar umownych może być sprzeczna z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy wykonawcy, dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Nie

134. Pakiet 17 poz. 5, 6, 7

Prosimy o dopuszczenie opatrunku chłonnego z klejem akrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej, zapewniającym lepsze właściwości lepne, zaokrąglone brzegi opatrunku.

Odpowiedź: Dopuszczamy

135. Pakiet 17 poz. 5, 6, 7

Czy Zamawiający wymaga opatrunku z hypoalergiczną podwójną wkładką centralną chłonną.

Odpowiedź: Dopuszczamy

136. Pakiet 17 poz. 6, 7

Prosimy o dopuszczenie opatrunku w opakowaniu a'25 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Tak, ale pozostałe wymagania SIWZ bez zmian

137. Pakiet 17 poz. 9, 10, 12

Czy Zamawiający wymaga opatrunków odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia, potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium

Odpowiedź: Dopuszczamy

138. Pakiet 4 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści tupfery w kształcie fasoli?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy

139. Pakiet 7 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów, w skład którego wchodzi pęseta plastikowa 12cm w miejsce pensety metalowej?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Nie , zgodnie z siwz

140. Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe z 93% nasycenia opaski masą gipsową, nawinięte na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego, w rozmiarze 15cm x 3m?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy

141. Pakiet 10 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe z 93% nasycenia opaski masą gipsową, nawinięte na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy

142. Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe z 93% nasycenia opaski masą gipsową, nawinięte na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego w rozmiarze 6cm x 3m?

Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy

143. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert. Zamawiający poddaje ocenie jakość produktów, a zgromadzenie wszystkich próbek wymaga większej ilości czasu. Dodatkowo Zamawiający wymaga przedłożenia zestawów sterylizowanych w tlenku etylenu, a jest proces długotrwały w związku z koniecznością odgazowania produktu. Prosimy więc o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie dot. projektu umowy:

144. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak

145. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Nie

146. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par. 9 ust. 1 pkt 2b) wynosiła 100zł?

Odpowiedź: Nie

147. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%

Odpowiedź: Nie

148. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 14 punkt 8 i dopuści:
GAZIK DO DEZYNFEKCJI SKÓRY przed iniekcjami, nasączony 70% alkoholem izopropylowym, wielkość gazika
90mmx120mm (rozłożony)/ 40mmx45mm (złożony) x 100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

149. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 14 punkt 9 i dopuści:
GAZIK DO DEZYNFEKCJI SKÓRY przed iniekcjami, nasączony 70% alkoholem izopropylowym, wielkość gazika
90mmx120mm (rozłożony)/40mmx45mm (złożony) x 100 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

150. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 17 w poz. 5 opatrunki o rozmiarze 10 cmx15 cm i właściwościach jak opisano w SIWZ, pakowane po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych sztuk ?

Odpowiedź: Dopuszczam

151. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 w poz. 6 opatrunki o rozmiarze 10 cmx35 cm i właściwościach jak opisano w SIWZ, pakowane po 25 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych sztuk?

Odpowiedź: Dopuszczam

152. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 w poz. 7 opatrunki o rozmiarze 10 cmx25 cm i właściwościach jak opisano w SIWZ, pakowane po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych sztuk?

Odpowiedź: Dopuszczam

153. Prosimy Zamawiającego o dopisanie we wzorze umowy osoby odpowiedzialnej za kontakt z wykonawcami wraz z adresem mailowym oraz telefonem i faksem.

Odpowiedź: Zamawiający dopisze powyższe dane w umowie z wybranym wykonawcą.

Uwaga: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 15.12.2017r o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.12.2017r o godz. 10.30



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY

Rafał Lipiec

