

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 02.05.2018r

Sprawa ZP/16/2018

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup i dostawy gazów medycznych**”, ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 551390-N-2018 z dnia 26.04.2018r informujemy:

Pytanie 1

Formularz asortymentowy, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określenie szczegółowych parametrów technicznych tablicy redukcyjnej tlenu medycznego ?

Odpowiedź: W odpowiedzi zamawiający podaje parametry

Lp.	Zadania	Ilość
1.	Jednostopniowa tablica redukcyjna do tlenu, zasilana dwustronnie o wydajności nominalnej 75 m ³ /h (max. 100 m ³ /h), ciśn. wejścia 20 MPa, wyjścia 0,76 MPa, wyposażona w sygnalizację pracy oraz zużycia gazu w butli, przełączanie automatyczne, przetworniki bezpotencjałowe ciśnienia	1 szt.
2.	Reduktor II stopnia P120-20 do tlenu o wydajności 60 m ³ /h	1 szt.
3.	Zawór wysokiego ciśnienia (23% VAT)	2 szt.
4.	Kolektor dla 4 butli	4 szt.
5.	Łącznik elastyczny do tlenu (kolektor – tablica)	6 szt.
6.	Łącznik elastyczny do tlenu (kolektor – butla)	16 szt.
7.	Zawór eksploatacyjny VSP z wlotem eksploatacyjnym do tlenu w systemie AFNOR i przetwornikiem bezpotencjałowym ciśnienia	1 szt.
8.	Filtr wysokiego ciśnienia	2 szt.
9.	Uchwyty zabezpieczające butli	2 kpl.
10.	System bezprzewodowej sygnalizacji alarmowej SMS-3 stanu źródła zasilania włącznie z zaprogramowaniem i uruchomieniem	1 kpl.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Rafał Lipiec