

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 01.04.2019r

Sprawa ZP/11/2019

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „zakup bielizny operacyjnej i ochronnej jednorazowego użytku” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 531130-N-2019 z dnia 28.03.2019r informujemy:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 i 2 fartuchów dostarczanych do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy, co do których Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń i reklamacji. Fartuchy nie posiadają dodatkowego opakowania. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy.

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji stawu biodrowego jałowy, wykonany z dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura 60g/m2. Z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m2. Opakowanie typu folia- Tyvec, oznaczenie kierunków rozkładania. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Skład zestawu:

- serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm nieprzemakalna, chłonna na powierzchni 75x190cm – 1 szt.
- osłona na stolik Mayo, wzmocniona w części roboczej 78x145cm-1szt
- taśma przylepna 9x50cm – 2 szt.
- elastyczna osłona na kończynę 36x120cm - 1 szt.
- serweta pomocnicza 100x150cm 1szt
- serweta 150x300cm z dodatkową łatą chłonną 15x50cm o gramaturze 80g/m2 i organizatorami przewodów- 1 szt.
- serweta 230x260cm z przylepnym wycięciem w kształcie U (20x85cm) z dodatkową warstwą chłonną 50x100 cm o gram. 80g/m2 -1szt.

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 3 niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń i reklamacji.

Zestaw do operacji stawu biodrowego jałowy, wykonany z trzywarstwowego w strefie dedykowanej dla Pacjenta, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura 75g/m2. Z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 155g/m2. Opakowanie typu folia- Tyvec, oznaczenie kierunków rozkładania. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Skład zestawu:

- serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm nieprzemakalna, chłonna na powierzchni 75x190cm – 1 szt.
- osłona na stolik Mayo, wzmocniona w części roboczej 78x145cm-1szt
- elastyczna osłona na kończynę 30x120cm - 1 szt.
- serweta przylepna średnia 180x180cm z łatą chłonną 25x60cm i organizatorami przewodów – 1szt
- serweta przylepna duża 150x240cm z dodatkową łatą chłonną 25x60cm o gramaturze 80g/m2 i organizatorami przewodów- 1 szt.

- serweta 230x260cm z przylepnym wycięciem w kształcie U (20x100cm) z dodatkową warstwą chłonną 75x140 cm o gram. 80g/m2 -1szt.
- ręczniki do rąk 30,5x34cm – 4szt
- taśmy przylepne 9x50cm – 3 szt
- bandaż elastyczny 12cm x 6m – 1szt
- serweta przylepna 75x90cm z dodatkową łatą chłonną 25x60cm – 2szt

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 4 niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń i reklamacji.

Zestaw do operacji kończyny jałowy, wykonany z dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura 60g/m2. Opakowanie typu folia - Tyvec, oznaczenie kierunków rozkładania. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Skład zestawu

- serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm nieprzemakalna, chłonna na powierzchni 75x190cm– 1 szt.
- osłona na stolik Mayo, wzmocniona w części roboczej 78x145cm-1szt
- taśma przylepna 9x50cm – 2 szt.
- 1 elastyczna osłona na kończynę 36x65cm - 1 szt.
- ręczniki do rąk 30,5x34 cm - 4 szt.
- serweta główna 230x300 z elastycznym otworem o średnicy 7 cm, dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu o gramaturze 80g/m2 rozmiar 75x80cm zintegrowana z organizatorami przewodów-1 szt.

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 5 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny jałowy wykonany z dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura 60g/m2. Opakowanie typu folia- Tyvec, oznaczenie kierunków rozkładania. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Skład zestawu

- serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm nieprzemakalna, chłonna na powierzchni 75x190cm– 1 szt.
- osłona na stolik Mayo, wzmocniona w części roboczej 78x145cm piaskowana, kolor niebieski -1szt
- taśma przylepna 9x50cm – 1 szt.
- serweta przyklejana 180x180 cm -1 szt.
- serweta przyklejana 150x240 cm -1 szt
- serweta przyklejana 75x90 cm -2 szt
- ręczniki do rąk 30,5x34 cm - 2 szt.

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 6 niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń i reklamacji.

Zestaw uniwersalny wzmocniony, jałowy wykonany z dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura w części podstawowej 60g/m2, gramaturałaty chłonnej 80g/m2 Opakowanie typu folia-Tyvec, oznaczenie kierunków rozkładania. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Skład zestawu:

- serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm nieprzemakalna, chłonna na powierzchni 75x190cm– 1 szt.
- osłona na stolik Mayo, wzmocniona w części roboczej 78x145cm, piaskowana, kolor niebieski -1szt
- taśma przylepna 9x50cm – 1szt.

- serweta przyklejana 180x180 cm z dodatkową warstwą chłonną 15x50cm i zintegrowanym organizatorami przewodów -1 szt.
- serweta przyklejana 150x240 cm -1 szt
- serweta przyklejana 75x90 cm z dodatkową warstwą chłonną 15x50cm i organizatorami przewodów -2 szt
- ręczniki do rąk 30,5x34cm - 4 szt.

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 6 niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń i reklamacji.

Zestaw uniwersalny wzmocniony, jałowy wykonany w strefie dedykowanej dla pacjenta z trzywarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura w części podstawowej 75g/m2, gramatura łąty chłonnej 80g/m2 Opakowanie typu folia-Tyvec, oznaczenie kierunków rozkładania. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Skład zestawu:

- serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm nieprzemakalna, chłonna na powierzchni 75x190cm– 1 szt.
- osłona na stolik Mayo, wzmocniona w części roboczej 78x145cm, piaskowana, kolor niebieski -1szt
- taśma przylepna 9x50cm – 1szt.
- serweta przyklejana 180x180 cm z dodatkową warstwą chłonną 25x60cm i zintegrowanym organizatorami przewodów -1 szt.
- serweta przyklejana 150x240 cm z dodatkową warstwą chłonną 25x60cm i zintegrowanym organizatorami przewodów -1 szt.
- serweta przyklejana 75x90 cm z dodatkową warstwą chłonną 25x60cm -2 szt
- ręczniki do rąk 30,5x34cm - 4 szt.

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 7 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji ginekologicznych, jałowy wykonany z dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura w części podstawowej 60g/m2, Opakowanie typu folia-Tyvec, oznaczenie kierunków rozkładania. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Skład zestawu:

- serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm nieprzemakalna, chłonna na powierzchni 75x190cm– 1 szt.
- osłona na stolik Mayo, wzmocniona w części roboczej 78x145cm, piaskowana, kolor niebieski, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki -1szt
- organizator przewodów t.Velcro 2,5x30 cm
- serweta ginekologiczna 60x120cm z otworem 9x12cm i torebką na płyny
- serweta ginekologiczna 270/230x260cm z otworem 24x21cm zintegrowana z nogawicami
- ręczniki do rąk 30,5x34 cm - 2 szt.

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz.8 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji z wycięciem U jałowy, wykonany w strefie dedykowanej dla Pacjenta z trzywarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura 75g/m2. Opakowanie typu folia-Tyvec, oznaczenie kierunków rozkładania. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Skład zestawu:

- serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm nieprzemakalna, chłonna na powierzchni 75x190cm– 1 szt.
- osłona na stolik Mayo, wzmocniona w części roboczej 78x145cm-1szt

- taśma przylepna 9x50cm – 1 szt.
- ręczniki do rąk 30,5x34cm - 4 szt.
- serweta przylepna 75x90cm 1szt
- serweta przylepna 150x240 z dodatkową warstwą chłonną 25x60 cm o gramaturze 80g/cm2 - 1 szt.
- serweta 230x260 cm z przylepnym wycięciem w kształcie U (20x100cm) z dodatkową warstwą chłonną 75x140 cm o gramaturze 80g/m2 oraz organizatorami przewodów - 1 szt

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 9 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cystoskopii, jałowy wykonany z dwuwarstwowego, pełnobarierowego, nieprzemakalnego, niepyłącego laminatu (zgodność z normą EN 13795), gramatura w części podstawowej 60g/m2. Opakowanie typu folia-Tyvec, oznaczenie kierunków rozkładania. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Skład zestawu:

- serweta na stół do instrumentarium 150 x 100 cm chłonna, nieprzemakalna na całej długości – 1 szt.
- serweta główna 100x1750 cm z otworem lepym na krocze umieszczonym centralnie 9x15 cm - 1 szt
- osłona na kończyny 75x120cm – 2 szt.

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na opakowaniu serwet w pakiecie nr 1 poz. 10 znajdowały się 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy?

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 10 serwety o wymiarach 75x100 zamiast 75x90cm?

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 11 niżej opisanej serwety, dostarczanej do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń i reklamacji: Sterylna jednorazowa osłona na stolik Mayo ze wzmocnieniem części roboczej, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki, oznaczenie kierunku rozkładania. Rozmiar 78x145 cm. Opakowanie typu folia-Tyvec. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 14 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 12 jałowej jednorazowej, przezroczystej osłony na aparaturę medyczną, wykonanej z folii PE, posiadającej elastyczną gumkę, o średnicy 90cm lub 140cm. Opakowanie typu Tyvec-folia.

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 15 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 13 niżej opisanej osłony na kończynę, dostarczanej do Państwa placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń i reklamacji: jałowa, jednorazowa, nieprzemakalna, elastyczna osłona na kończynę

32x120cm. Opakowanie typu Tyvec-folia. Na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne z numerem REF, LOT, datą ważności, nazwą identyfikującą producenta, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 16 – dotyczy Zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do zabiegów cięcia cesarskiego w składzie:

- serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 186/250x330 cm posiadająca otwór o wym. 36x36cm, wypełniony folią chirurgiczną z otworem 18x16cm. Serweta posiadająca duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 72x72cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu (jedną z warstw stanowi folia PE) o gramaturze 6g/m², odporność na przenikanie cieczy 165cm H₂O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej sucho/mokro 168/168 kPa – 1szt.
- serweta – owinięcie noworodka 75x120cm – 1szt.
- taśma samoprzylepna, 9x50cm wykonana z włókniny wetlaid – 1szt.
- celulozowe ręczniki chłonne 30,5x34cm – 1szt.
- osłona na stół Mayo 78x145cm – 1szt.
- serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190cm wykonana z folii PE o gramaturze 55g/m² i wzmocnienia w części roboczej, wykonanego z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 85g/m². Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m²

Odpowiedź: Nie, wymagana minimalna gramatura serwety 66 g/m²

Pytanie nr 17 – dotyczy Zadania nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 18 – dotyczy Zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 poz. 1 niżej opisanego zestawu o parametrach jakościowych lepszych niż opisane w SIWZ?

Jalowy zestaw uniwersalny w składzie:

- 1 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 55g/m², roz. 240x150cm
- 2 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 55g/m², roz. 90x75cm
- 1 szt. serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 55g/m², roz. 180x180cm
- 1 szt. serweta na stół instrumentalny, roz. 150x190cm
- 1 szt. serweta na stół Mayo, roz. 145x78cm
- 1 szt. Taśma przylepna 9x50cm
- 2szt ręczniki do rąk

Zestaw zapakowany w torebkę tyvec-folia, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z czterema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta (dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy). Zgodność z normą PN EN 13795. Wytrzymałość na rozciąganie na suchu 77N, na mokro 76,9N, odporność na penetrację płynów 162cm H₂O

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 19 – dotyczy Zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 4 poz. 1 niżej opisanego zestawu o parametrach jakościowych lepszych niż opisane w SIWZ?

Jalowy zestaw uniwersalny w składzie:

- 1 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 60g/m², roz. 240x150cm
- 2 szt. serweta przylepna z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 60g/m², roz. 90x75cm
- 1 szt. serweta z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej, 60g/m², roz. 180x180cm

- 1 szt. serweta na stół instrumentalny, roz. 150x190cm
- 1 szt. serweta na stolik Mayo, roz. 145x78cm
- 1 szt. Taśma przylepna 9x50cm
- 2szt ręczniki do rąk

Zestaw zapakowany w torebkę tyvec-foolia, oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN EN 868-5. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym z czterema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta (dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy). Zgodność z normą PN EN 13795. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 125N/125N, odporność na penetrację płynów 165cm H₂O

Odpowiedź: tak

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 1, 3 i 4

W związku z rozbieżnością w zapisach w SIWZ (III.3.2) oraz wymaganiami dla pakietu nr 1, 3 i 4 prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie oczekiwał raportu sterylizacji zgodnie z PN-ISO 11135-1:2009 (EO).

Odpowiedź: tak

21) Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS z mankietem o długości min. 6 cm. Na opakowaniu zewnętrznym dwie naklejki do dokumentacji medycznej. Dodatkowo pakowany z 2 ręcznikami. W rozmiarach M-L, XL.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

22) Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS, gramatura wzmocnienia min. 28 g/m², mankiet o długości min. 6 cm. Na opakowaniu zewnętrznym dwie naklejki do dokumentacji medycznej. Dodatkowo pakowany z 2 ręcznikami. W rozmiarach M-L, XL.

Odpowiedź: nie

23) Pakiet 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z następujących elementów:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 2 ręczniki do rąk 30 cm x 20 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm
- 1 serweta operacyjna (podkład pod kończynę) 150x150cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33x110cm
- 2 foliowe taśmy samoprzylepne 10x50cm
- 1 serweta wzmocniona 200x240 z wycięciem "U" 10x80cm
- 1 serweta samoprzylepna 175x260cm (ekran anestezyjologiczny)

Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z materiału 2-warstwowego o gramaturze min. 48 g/m². Dodatkowo w obszarze pola operacyjnego dołączony materiał wzmocnienia

Materiał musi spełniać wymagania PNEN13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Odpowiedź: zgodnie z siwz

24) Pakiet 1 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z następujących elementów:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm (+/-) Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: tak

25) Pakiet 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z następujących elementów:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
2 ręczniki do rąk 30 x 20 cm
1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 25 cm
1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm
1 serweta operacyjna 150 x 150 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę z folii PE 33 x 55 cm
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 x 50 cm
1 serweta na kończynę 200 x 300 cm z otworem samouszczelniającym 7 cm i wzmocnieniem w strefie krytycznej

Serwety do obłożenia pacjenta wykonane z materiału 2-warstwowego. Dodatkowo w obszarze pola operacyjnego dołączony materiał wzmocnienia wykonany z ciemno-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond). Materiał musi spełniać wymagania PN EN13795.

Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym: min. 100 g/m².

Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Odpowiedź: nie

26) Pakiet 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z następujących elementów:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy,

LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów

Odpowiedź: tak

27) Pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z następujących elementów:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta 2-warstwowa 200 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 10 cm x 80 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 48 g/m², Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Odpowiedź: nie

28) Pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z następujących elementów:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

z dzielonym paskiem samoprzylepnym 15 + 70 + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min. 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: tak

29) Pakiet 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z następujących elementów:

serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

z paskami samoprzylepnymi

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego min. 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z sewet polipropylenowa łąta chłonna Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: zgodnie z siwz