

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 09.07.2019r

Sprawa ZP/19/2019

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 9 aparatów do wykonywania hemodializy**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 568671-N-2019 z dnia 03.07.2019r informujemy:

Pytania:

1. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.2

Czy Zamawiający dopuści Przepływ dializatu: 0-300-500-800 ml/min ?

Odpowiedź: Tak

2. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.3

Czy Zamawiający dopuści Regulację przepływu pompy krwi: 0 oraz od 15 do 600ml/min ?

Odpowiedź: Tak

3. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.6

Czy Zamawiający dopuści Baterię podtrzymująca pracę aparatu w przypadku braku zasilania z sieci przez okres minimum 15 minut ?

Odpowiedź: Tak

4. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.7

Czy Zamawiający dopuści Możliwość zastosowania koncentratu A w formie płynnej oraz koncentratu B w formie suchej w wysoce higienicznych (zamkniętych) opakowaniach jednorazowego użytku ?

Odpowiedź: Tak

5. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.10

Czy Zamawiający dopuści Dezynfekcję termiczną aparatu w temperaturze 84°C?

Odpowiedź: Tak

6. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.11

Czy Zamawiający dopuści Archiwizację ostatniej ,przeprowadzonej dezynfekcji (data, rodzaj, skutek) ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.14

Czy Zamawiający dopuści Dezynfekcję i czyszczenie przy pomocy środków płynnych ?

Odpowiedź: Tak

8. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.17

Czy Zamawiający dopuści Niezależne profilowanie sodu i ultrafiltracji oraz ustawianie wodorowęglanów?

Odpowiedź: Tak

9. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.28

Czy Zamawiający dopuści Koszt wymiany ultrafiltrów w dzierżawionych aparatach po stronie Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urządzeń Lp3

Czy Zamawiający dopuści Igły dializacyjne z oczkiem, tętnicze rozm 1,6 , ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biokompatybilne, pakowane po 1 sztuce ?

Odpowiedź: Tak

11. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urządzeń Lp4

Czy Zamawiający dopuści Igły dializacyjne **bez oczka**, tętnicze rozm 1,6, ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biokompatybilne, pakowane po 1 sztuce ?

Odpowiedź: Tak

12. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urządzeń Lp5

Czy Zamawiający dopuści Dializatory sterylizowane parą wodną typu Low-flux o powierzchni 1,4 m2, 1,8m2, 2,2 m2. Do swobodnego wyboru przez zamawiającego ?

Odpowiedź: Tak

13. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urządzeń Lp5
Czy Zamawiający dopuści Dializatory sterylizowane parą wodną typu Low-flux o powierzchni 1m² , 1,4 m², 1,8m² , . Do swobodnego wyboru przez zamawiającego ?

Odpowiedź: Tak

14. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urządzeń Lp6
Czy Zamawiający dopuści Dializatory sterylizowane parą wodną typu Hi-flux o powierzchni 1,4 m², 1,8m², 2,2m². Do swobodnego wyboru przez zamawiającego ?

Odpowiedź: tak

15. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urządzeń Lp7
Czy Zamawiający dopuści Dializatory sterylizowane parą wodną typu Hi-flux o powierzchni 2,2m², z błoną heliksonową, o bardzo wysokich parametrach usuwania cząstek ?

Odpowiedź: Tak

16. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urządzeń Lp8
Czy Zamawiający dopuści Citrosteril ,Środek do dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatu do dializy na bazie kwasu cytrynowego. Forma płynna. Pojemnik 5 litrów. Zużycie na jeden cykl dezynfekcji po każdej dializie. Środek do termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji aparatu do dializy na bazie kwasu cytrynowego. Zaplanowana ilość dializ 29484 jest zaopatrywana przez 413 opakowań 5litrowych citrosterilu ?

Odpowiedź: Tak

załącznik nr 2 do SIWZ - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie materiałów eksploatacyjnych do dializ :

17. **Ad. 5** Dializatory sterylizowane promieniami Gamma typu Low-flux o powierzchni 1,6 m², 1,8m², 2,1 m².

Odpowiedź: Nie

18. **Ad.6** Dializatory sterylizowane promieniami Gamma Hi-flux o powierzchni 1,6 m², 1,8m², 2,1 m².

Odpowiedź: Nie

19. **Ad.7** W związku z faktem, iż dializator opisany w załączniku nr 2 pkt.7 posiada w swojej ofercie wyłącznie firma Baxter zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji z pakietu gdyż obecna konstrukcja SIWZ uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty innym wykonawcą

W przeciwnym wypadku prosimy o dopuszczenie dializatorów niskoprzepływowych o zmodyfikowanej błonie polisulfonowej (amembris) i powierzchni 1,8m² , sterylizacja gamma . Dializator o zwiększonych klirensach przy Qb=300 ml/min: mocznik276, kreatynina 248, fosforany 223,VitB12 127. KUF=12

Odpowiedź: Nie

20. Załącznik nr 1 do SIWZ : **Ad .1** Czy zamawiający dopuści aparaty z możliwością wykonania zabiegu w trybie click-clack na jedno wklucie przy użyciu jednej pompy krwi , aparaty posiadają możliwość płynnego startu pompy krwi. Pozostałe parametry aparatów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie

21. Wnoszę, by Zamawiający dokonał zmiany postanowień SIWZ Rozdziału I załącznika nr 1 i 2 w następujący sposób:

a) Dot. załącznik nr 1 pkt. 2 w tabeli „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH „ dla aparatu do hemodializy – Czy Zamawiający dopuści aparat do hemodializy z przepływem dializatu : 100-800 ml/min regulowany z dokładnością do 10 ml/min w miejsce wymaganego przepływu dializatu : 300-700 ml/min regulowanego skokowo? Parametry w oferowanym przez naszą firmę aparacie są ewidentnie lepsze więc zmiana zapisu działa ewidentnie na korzyść Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak

b) Dot. załącznik nr 1 pkt. 6 w tabeli „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH „ dla aparatu do hemodializy – Czy zamawiający dopuści aparat do hemodializy z baterią podtrzymującą pracę aparatu w przypadku braku zasilania z sieci przez okres minimum 15 minut zamiast 25 minut.

Odpowiedź: Tak

c) Dot. załącznik nr 1 pkt. 10 w tabeli „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH „ dla aparatu do hemodializy – Czy zamawiający dopuści aparat do hemodializy z dezynfekcją termiczną aparatu w temperaturze minimum 85°C zamiast wymaganych minimum 90°C?

Odpowiedź: Tak

d) Dot. załącznik nr 1 pkt. 14 w tabeli „ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH „ dla aparatu do hemodializy – Zamawiający dopuści aparat do hemodializy z dezynfekcją i czyszczeniem przy pomocy wyłącznie środków płynnych zamiast dezynfekcją i czyszczeniem przy pomocy środków płynnych i jednorazowych kapsułek z proszkiem? Dezynfekcja przy użyciu środków płynnych jest znacząco tańsza przez co korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak

e) Dot. załącznik nr 2 pkt. 5 w tabeli „Materiały eksploatacyjne” dla aparatu do hemodializy – Czy zamawiający dopuści zaoferowanie dializatorów sterylizowanych promieniami gamma typu Low-flux o powierzchni 1,5 m², 1,7 m², i 2,1 m². Do swobodnego wyboru przez Zamawiającego zamiast dializatory sterylizowane parą wodną typu Low-flux o powierzchni 1,4 m², 1,7 m², i 2,1 m². Do swobodnego wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak

f) Dot. załącznik nr 2 pkt. 6 w tabeli „Materiały eksploatacyjne” dla aparatu do hemodializy – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dializatorów sterylizowanych promieniami gamma typu Hi-flux o powierzchni 1,5 m², 1,7 m², 1,9 m², i 2,1 m². Do swobodnego wyboru przez Zamawiającego zamiast Dializatory sterylizowane parą wodną typu Hi-flux o powierzchni 1,4 m², 1,8 m², i 2,1 m². Do swobodnego wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak

g) Dot. załącznik nr 2 pkt. 6 w tabeli „Materiały eksploatacyjne” dla aparatu do hemodializy- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dializatorów z błoną polinefrową (PAES) typu Medium-Flux o pow. 1,7 m² umożliwiające efektywne usuwanie dużych średnich cząstek toksyn mocznicowych w procesie zwykłej hemodializy , dializator umożliwiające stosowanie efektywniejszej hemodializy z użyciem dotychczasowego sprzętu Stacji Dializ u pacjentów wymagających zwiększonego klirensu dużych toksyn mocznicowych bez dostępu do HDF zamiast Dializator z błoną poliaryloeterosulfonową (PAES) typu Medium Cut-Off (MCO) o pow. 1,7 m² umożliwiające efektywne usuwanie dużych średnich cząstek toksyn mocznicowych w procesie rozszerzonej hemodializy (HDx) dializator umożliwiające stosowanie rozszerzonej hemodializy z użyciem dotychczasowego sprzętu Stacji Dializ u pacjentów wymagających zwiększonego klirensu dużych toksyn mocznicowych bez dostępu do HDF?

Odpowiedź: Tak

22. Dotyczy załącznika nr 2:

Czy Zamawiający w załączniku numer 2 w pozycji 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie kwasu cytrynowego 50% w 10 L kanistrach?

Odpowiedź: Tak

Zdypkowski

Grucha

DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUCHA