

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 10.07.2019r

Sprawa ZP/19/2019


Wszyscy wykonawcy

Zamawiający informuje ze w prowadzonym postępowaniu na „ **zakup i dostawy materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 9 aparatów do wykonywania hemodializy**” ogłoszonym w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 568671-N-2019 z dnia 03.07.2019r dokonuje sprostowania do udzielonej odpowiedzi na zapytanie oznaczone jako nr 20 z dnia 09.07.2019r:

Załącznik nr 1 do SIWZ: Ad .1 "Czy zamawiający dopuści aparaty z możliwością wykonania zabiegu w trybie click-clack na jedno wklucie przy użyciu jednej pompy krwi , aparaty posiadają możliwość płynnego startu pompy krwi. Pozostałe parametry aparatów zgodnie z SIWZ"

Odpowiedź: Tak

Zdysponuje
Doktor


DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA