

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 30.07.2019r

Sprawa ZP/25/2019

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na **„zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych”** ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 576027-N-2019 z dnia 19.07.2019r informujemy:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 poz. 1 dopuści cewnik dwuświatłowy renomowanej firmy Covidien/Medtronic w rozmiarze 11,5Fr o długości 16cm, z prowadnicą J o długości 70 cm, igłę wprowadzającą 18 Ga, rozszerzadło, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, widocznymi w promieniach RTG, prowadnica druciana z oznakowaniami długości, z jednym końcem prostym i drugim „J”, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką? Zaoferowane cewniki gwarantują najwyższą jakość oraz atraumatyczną końcówkę, która zapobiega podrażnieniu naczyń pacjentów w czasie zakładania.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 poz. 2 dopuści cewnik dwuświatłowy renomowanej firmy Covidien/Medtronic w rozmiarze 11,5Fr o długości 19,5cm, prowadnicę J o długości 70 cm, igłę wprowadzającą 18 Ga, rozszerzadło, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, widocznymi w promieniach RTG, prowadnica druciana z oznakowaniami długości z jednym końcem prostym i drugim „J”, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką? Zaoferowane cewniki gwarantują najwyższą jakość oraz atraumatyczną końcówkę, która zapobiega podrażnieniu naczyń pacjentów w czasie zakładania.

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 poz. 1 i 2, wymaga aby cewniki posiadały silikonowe końcówki (uszka) zapobiegające załamywaniu się i obniżaniu efektywności hemodializy?


Odpowiedź: Tak

Pytanie 4.

Czy Zamawiający jako próbkę dopuści do wyboru cewnik z poz. 1 lub 2?

Odpowiedź: Próbką – cewnik z poz. nr 1.

Zdybiowska


DIREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA