

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 05.11.2019r

Sprawa ZP/36/2019

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup i dostawę artykułów sterylizacyjnych**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 616336-N-2019 z dnia 29.10.2019r informujemy:

Pytania:

1. Pakiet Nr 17

Uprzejmie prosimy o wyłączenia pozycji 1-10 z Pakietu nr 17 i utworzenie nowego Pakietu, pozwoli to na zachowanie konkurencyjności i przystąpienie do postępowania większej liczby Oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

2. Pakiet Nr 17

Uprzejmie prosimy o wyłączenia pozycji 11-13 i 15-16 z Pakietu nr 17 i utworzenie nowego Pakietu, pozwoli to na zachowanie konkurencyjności i przystąpienie do postępowania większej liczby Oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Dotyczy PAKIET 18- OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE WIELOKROTNEGO użytku do sterylizacji para wodną:

3. Czy Zamawiający wymaga , aby kontenery były wykonane z aluminium ? uzasadnienie: kontenery metalowe lub ze stali nierdzewnej są bardzo ciężkie .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kontenery z aluminium.

4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów bez filtrów jedno- lub wielorazowych natomiast z zaworem labiryntowym , który gwarantuje pełną barierę sterylizacyjną dla min. 2000 cykli sterylizacyjnych? Uzasadnienie: kontenery z zaworem labiryntowym umożliwiają Zamawiającemu bezobsługową obsługę oraz uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z wymianą filtrów w kontenerach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kontenery z zaworem.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery w kolorze czerwonym ?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy pozycji nr 1 :

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery o wymiarach 580 x 280 x 265 mm ?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy pozycji nr 2:

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontenery o wymiarach 580 x 280 x 155 mm ?

Odpowiedź: Tak

8. Czy Zamawiający zamiast wymogu " atest systemu bariery sterylnej zgodny z normą" dopuści do zaoferowania deklarację zgodności producenta , w której potwierdza zgodności z normami ?

Odpowiedź: Tak

Zdybionka

DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA