

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. K. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św., woj. świętokrzyskie
tel. (041) 247-80-00, fax (041) 247-80-50
NIP 661-19-59-864

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.12.2019r

Sprawa ZOZ.ZO/26/2019

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytanie, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**zakup i dostawy materiałów do sterylizacji - powtórzenie** ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 13.12.2019r informujemy:

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Dot. pakietu. 17poz. 1-10

Czy ze względu na fakt, iż opakowania do sterylizacji są wyrobem medycznym klasy I, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną, Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu i pozwoli na złożenie potwierdzenia parametrów wydane przez producenta wyrobu?

Odpowiedź: Tak dokument przedstawiony przez oferenta ma potwierdzać przeznaczenie wyrobu.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia informacji nt zmiana wskaźników pod wpływem działania pary wodnej w warunkach 134/10 min oraz 121/15 min – wskaźnik sterylizacji typu 1 znajdujący się na rękawach ma wskazywać czy sterylizacja się odbyła prawidłowo, a więc wymagane owych parametrów jest bezzasadne.

Odpowiedź: Tak.

3. Dot. pakietu. 19 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawu w wymiarze 470mm, pozostałe wymiary zgodnie z opisem zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

4. Dot. pakietu. 20 poz 1 i 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy 19 mm?

Odpowiedź: Tak.

Ładybińska

[Signature]
DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA