

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 17.03.2020 r.

Sprawa ZP/07/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do wykonywania tych badań**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr nr 522227-N-2020 z dnia 11-03-2020 r. informujemy:

Pytania:

1. DOTYCZY PAKIETU NR 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. 4 „Tabela odczynniki i materiały zużywalne” Zamawiający wymaga zaoferowania materiału kontrolnego na dwóch poziomach (N i P)? W wymaganych parametrach analizatora Zamawiający oczekuje zaoferowania wewnątrzlaboratoryjnego programu kontroli jakości hemoglobiny glikowanej na 2 poziomach.

Odpowiedź: Wymagany materiał kontrolny na dwóch poziomach (N i P), czyli normal i patologiczny.

Piotr Korkuski

[Signature]
DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA