

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 19.03.2020 r.

Sprawa ZO/07/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na **„wykonywanie bieżących napraw, przeglądów technicznych i konserwacji tomografu komputerowego Philips Brilliance CT 16 wraz z dwoma stacjami lekarskimi EBW będących na wyposażeniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.”** ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 17.03.2020 r. informujemy:

Pytania:

1. Wnosimy o dodanie pozycji 2 (Stacje EBW) lub 2 (stacja EBW nr ser ...) i 3 (stacja EBW nr ser ...) w tabeli z załącznika nr 1, tak aby można było podać także kwotę za obsługę serwisową stacji opisowych EBW, które współpracują z tomografem, jeśli także mają być objęte umową serwisową. Potrzebne to jest o tyle, że stacje te nie są w pełni wspierane przez serwis producenta i jeśli okaże się, że nie będzie można takiej stacji naprawić, trzeba będzie wyłączyć taką stację z umowy serwisowej z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia. Stąd potrzebna informacja, jaka kwota przeznaczona jest na te stacje.

Odpowiedź: 2 stacje EBW model DC D0

2. Wnosimy o uzupełnienie zapisów umowy następującym zapisem:

W przypadku, jeśli Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy stacji opisowej EBW, ów sprzęt medyczny zostanie wyłączony z umowy serwisowej z odpowiednim uwzględnieniem zmiany kwoty wynagrodzenia przewidzianego w Umowie Serwisowej o kwotę, odpowiadającą stacji opisowej EBW wyłączonej z Umowy Serwisowej.

Odpowiedź: W takim przypadku zgoda na wyłączenie.

3. Wnosimy o uzupełnienie § 1 ust 1 wzoru umowy o numery seryjne tomografu oraz stacji EBW.

Odpowiedź: TK Brilliance 16 S/N 6278

1) EBW S/N 1W54C4J

2) EBW S/N CP7NB4J

4. Jeśli Zamawiający wymaga min 10% upustu na części zamienne wnosimy o uzupełnienie §2 zapisów umowy następującym akapitem:

Wykonawca oferuje% upustu na części zamienne konieczne do wykonania naprawy.

Odpowiedź: Wykonawca oferuje 10% upustu na części zamienne konieczne do wykonania naprawy.

5. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne części zamiennych służących do przeglądów i napraw?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych:

(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem.

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (3).

(3) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do:

- (i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części
- (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub
- (iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na żaden z zaproponowanych zapisów w powyższym pytaniu.

9. Prosimy o dopuszczenie równoważnego systemu zdalnej diagnostyki.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

10. Prosimy o dopuszczenie certyfikatów równoważnych ze szkoleń dla inżynierów tj. wykonanych przez firmy niezależne od producenta aparatu.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

11. Prosimy o informację jaka jest obecnie wersja oprogramowania na aparacie?

Odpowiedź: Wersja 2.3.5

Andrzej Gruza

[Signature]
DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA