

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 05.05.2020 r.

Sprawa ZP/15/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup bielizny operacyjnej i ochronnej jednorazowego użytku**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535282-N-2020 z dnia 28-04-2020r.** informujemy:

Pytania:

1. Pytanie – dotyczy Zapisów SIWZ

Ze względu na rozbieżność w zapisach SIWZ i wymogów (dla pakietu nr 1 i 4) zawartych w załączniku nr 1 prosimy o potwierdzenie, iż specyfikacje techniczne należy dołączyć do oferty przetargowej celem dokonania oceny jakościowej.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

2. Pytanie – dotyczy Zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg przedstawiania raportu walidacji procesu sterylizacji zgodnie z ISO 17665-1:2008 (sterylizacja parą wodną), zawarty w rozdziale III pkt.3) ppkt.3 SIWZ nie dotyczy pakietu nr 1 i 4, gdyż asortyment opisany w zakresie tych pakietów sterylizowany jest tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Tak, potwierdzamy.

3. Pytanie – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serweta (pomocnicza) 150-160 x 190-200cm wykonana była z mocnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m, odporności na penetrację płynów 165cm H₂O i odporności na rozerwanie na sucho i mokro 168kPa?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Pytanie – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu, w którym serweta górna 150-160 x 240-250cm nie posiada łąty chłonnej i organizatorów przewodów?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Pytanie – dotyczy Pakietu nr 6 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści perforację co 38 cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Pytanie – pakiet 6

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie podkładów z perforacją co 50 cm, spełniających pozostałe parametry SIWZ. Proponowany przez nas zestaw spełnia wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:

7. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości alternatywnego jałowego zestawu chirurgicznego do cesarskiego cięcia (pozycja leżąca), zgodnego z opisem:



- serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA.

Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o wym. 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem na całej długości o gram. 40 g/m².
 - 1 serweta główna w kształcie litery T o wym. 200/250x315cm, przylepnym oknem 28x12x18cm otoczonym folią chirurgiczną i z torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi
 - 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm
 - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
 - 2 ręczniki 30x40cm
 - Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .
- Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, **EN 13795**, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania do wzoru umowy:

8. Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 2 i § 10 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fine*: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odpowiedź: Tak.

9. Wnosimy o dodanie do § 3 projektu umowy ust. 5 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Nie.

10. Wnosimy o dodanie do § 3 projektu umowy ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany

ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Nie.

11. Wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 4 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”


Odpowiedź: Nie.

12. Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 3 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi **lex specialis** w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

Odpowiedź: Nie.

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

13. Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów cięcia cesarskiego o składzie:



Opis składnika

POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM
NIEBIESKI

Serweta na stół Mayo o rozmiarze 145x80cm
składana teleskopowo do środka, oznakowanie za
pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką
aplikację wykonana z folii polietylenowej oraz

Ilość	Jednostka
1,0000	OP

włókninowej warstwy chłonnej, gramatura włókniny 24 g/m². Wytrzymałość na rozdarcie na mokro/sucho >80 kPa, zgodnie z normą PN-EN 13795, odporność na penetrację płynów 123 cm H₂O, zgodnie z normą PN-EN 13795, grubość folii 50 mikronów, folia piaskowana.

KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2,0000	SZ
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1,0000	SZ
SERWETA L2 320X180CM O35X32 WOR FOLIA CHIR WYC	1,0000	OP
PODKŁAD SENI SOFT SUPER 90X60CM	1,0000	SS

Opakowanie: Torebka Papierowo-foliowa

Zestaw spełnia wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej 150kPa - strefa krytyczna na całej powierzchni obłożenia. Materiał podstawowy serwety głównej składający się z 2 warstw (folia PE oraz warstwa chłonna) o łącznej gramaturze 56g/m².

- chłonność min. 570 % wg. PN-EN ISO 9073-6
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 75 N, rozciąganie na mokro min. 80 N wg PN-EN 29073-3
- wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 150 kPa , wypychanie na mokro min. 150 kPa. wg PN-EN ISO 13938-1
- czystość mikrobiologiczna max 29 cfu/dm² wg. PN-EN ISO 11737-1
- odporność na przenikanie cieczy min. 250 cmH₂O wg. PN-EN 20811
- pylenie max. 1,3 log₁₀ wg PN-EN ISO 9073-10.

Odpowiedź: Zestaw musi spełniać wymogi norm dotyczących obłożeń operacyjnych.

14. Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny, perforowany co 50 cm, wykonany z bibuły zapewniającej chłonność i jednej warstwy folii polietylenowej zapewniającej nieprzemakalność, w rolce szer. 51cm, długość 40 m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytania dot. projektu umowy:

15. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

16. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Nie.

17. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości netto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości netto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby

rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Tak.

18. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie dot. SIWZ:

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert, ze względu na konieczność skompletowania wielu składowych oferty, tj. dużej ilości próbek, wymaganych dokumentów? Zamawiający wymaga przedłożenia zestawów sterylizowanych w tlenku etylenu, a jest to proces długotrwały w związku z koniecznością odgazowania produktu.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

20. Czy Zamawiający dopuszcza z racji zaistniałej sytuacji z koronawirusem o zmianę kryteriów oceny ofert? Przesłanie próbek do składanej oferty jest obecnie bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. W zakresie pakietu nr 5 Zamawiający aktualnie korzysta ze wskazanego w SIWZ asortymentu.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

21. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Nie.

22. Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu do cięcia cesarskiego:

-1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x90+/-2 cm

-1 x kocik dla noworodka 100x105 cm

-4 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozerwaniem

-1 x przylepna kieszka na narzędzia jednokomorowa 30x50 +/-3 cm wykonana z mocnej folii PE

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 200/250x320 +/-10cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 40x35+/-3cm wypełnionym folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 50x35+/- 3cm, ze zintegrowanymi 3 organizatorami przewodów typu rzep. Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z bilaminatu o gramaturze max. 58g/m2, odpornego na przenikanie płynów > 178 cm H2O. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety

samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo zawierające kod kreskowy. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

23. Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści trzyczęściowy zestaw osłon na ramię C, składający się z:

- osłony górnej 100 x 160cm,
- osłony dolnej 80 x 150 cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej 3 x 100cm

Osłony wykonane z transparentnej folii polietylenowej z elastyczną gumką stabilizującą osłonę.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

24. Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stół Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, niepiaskowana, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m².

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 41.7 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Opakowanie transportowe – system podwójnego zabezpieczenia (worek foliowy + karton zewnętrzny).

Odpowiedź: Dopuszczamy.

25. Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm



- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety główne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

26. Pakiet 5, pozycja 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

27. Pakiet 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia p/p, o składzie:

- 1 szt. serweta serweta 2-warstwowa 75cm x 90cm o gramaturze 40 g/m², z przylepnym otworem centralnym o śr. 7cm
- 10 szt. kompresów 13N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 1 szt. chwytak plastikowy (Kocher, Pean) dł. 14cm, zielony, blokowany
- 1 szt. serweta 2-warstwowa (włóknina PP + folia PE) 75cm x 90cm o gramaturze 40 g/m², niebieska, do owinięcia zestawu

Odpowiedź: Dopuszczamy.

28. Pakiet 5, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw zabiegowy w składzie:

- 10 szt. kompresy gazowe roz. 7,5x7,5cm, 8W
- 2 szt. kompresy włókninowe roz. 10 x 10 cm (zamiast 7,5x7,5cm), 40g/m², z nacięciem „Y”
- 1 szt. serweta włókninowa 35g/m², roz. 60x40cm do zawinięcia zestawu
- 2 szt. serweta foliowana 40 g/m² (zamiast 43g/m²), roz. 45x45cm
- 1 szt. miseczka przezroczysta poj. 120 ml (zamiast kubek plastikowy okrągły 125ml, przezroczysty)
- 1 szt. igłotrzymacz mayo-hegar metalowy dł. 15cm (zamiast pean prosty, metalowy, 14cm)
- 1 szt. pean prosty metalowy dł. 18cm (zamiast kocher 18cm z ząbkami, metalowy)
- 1 szt. nożyczki metalowe proste ostro-tępe dł. 15cm (zamiast nożyczki zagięte, mayo, tępo-tępe, 15cm, metalowe)
- 1 szt. penseta anatomiczna 14cm, metalowa

Narzędzia metalowe, jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej. Wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowego użycia umieszczony po jednej stronie. Spełniają wymagania normy ISO 13485.

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, oznakowany kierunek otwierania bez wycięcia na kciuk – zgrzew prosty. Na wierzchu centralna etykieta + dwie samoprzylepne etykiety z nazwą producenta, Lot, datą ważności, do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

29. Pakiet 5, pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści jałowy zestaw do porodu w składzie:

- 2 szt. Serweta gazowa 90x75cm 4W, tasiemka
- 20 szt. Kompresy gazowe 10x10cm, 17N, 8-warstwowe, gramatura 1 szt. 1,9g (zamiast 2,11g)
- 1 szt. Podkład chłonny typu Seni Soft 90x60cm
- 1 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 80x 60cm
- 6 szt. Serweta kompresowa włókninowa biała, chłonna, rozm. 25x20cm
- 1 szt. Zacisk na pępowinę
- 1 szt. Fartuch chirurgiczny przeznaczony do długich i mokrych zabiegów z włókniny SMS (polipropylenowej) o masie powierzchniowej 35g/m². Wzmocnienie do 25cm nad dolną krawędzią, rękawy do łokci z nieprzemakalnymi wstawkami o masie 40g/m². Rękaw prosty, nie krępujący ruchów, zakończony elastycznym, białym mankietem z dzianiny. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową, rozm. XL
- 1 szt. podkład chłonny typu Seni Soft 60 x 60cm

-1 szt serweta 2-warstwowa, polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 60g/m² (zamiast 56g/m²) rozm. 150x100 cm (zamiast 150x90cm)

Odpowiedź: Dopuszczamy.

30. Wymogi dla pakietu 5 - Czy Zamawiający dopuści poniższe parametry dla laminatu dwuwarstwowego: polipropylenowo-polietylenowy, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 56N i mokro 50N. Odporność na przenikanie cieczy 120cm H₂O.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

31. Pakiet 5, pozycja 5 - Czy zamawiający dopuści serwetę wykonaną z celulozy, o gramaturze 56g/m², rozmiar 40 x 40 cm. Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

32. Pakiet 5, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

33. Pakiet 5, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło podfoliowane o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

34. Pakiet 5, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń wykonaną z folii o grubości 0,065mm? Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

35. Pakiet 5, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową wykonaną z folii o grubości 0,065mm, w rozmiarze 40 x 30 cm? Na opakowaniu 4 naklejki typu TAG do archiwizacji danych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

36. Pakiet 5, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę o gramaturze 40g/m², w rozmiarze 75 x 90 cm, z otworem samoprzylepnym o średnicy 7cm?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

37. Pakiet 5, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści jałową serwetę o gramaturze 40g/m², w rozmiarze 75 x 90 cm, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 6x8 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

38. Pakiet 5, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z laminatu o gramaturze 39g/m²?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

39. Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów perforowanych co 38cm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.



40. Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwyy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Odporność na przenikanie cieczy 41cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho 160 kPa, odporność na rozerwanie na mokro 142 kPa, IB – 3,1. Rozmiary L-130 cm, XL-150 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

41. Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m². Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m², na rękawach 40,5 g/m². Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwyy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość oraz literowo. Odporność na przenikanie cieczy 123/194cm H₂O przód/rękaw, odporność na rozerwanie na sucho 259/155kPa przód/rękaw, odporność na rozerwanie na mokro 234/144 kPa przód/rękaw, IB – 6,0. Rozmiary L-130 cm, XL-150 cm.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

42. Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów



1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezyjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm (+/- 1 cm), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 270 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 250 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) >125 cm H₂O.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

43. Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 270 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 250 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) >125 cm H₂O.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

44. Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm



Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 270 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 250 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) >125 cm H₂O

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

45. Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm

1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym o długości 80 cm

1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 74 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 224 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 228 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 172 cm H₂O

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

46. Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczeniowa wzmocniona 260 cm x 310 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm

z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm

z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

z osłoną podpórek kończyn górnych

ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60cm (+/-1cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 270 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 250 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) >125 cm H₂O.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

47. Pakiet 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta samoprzylepna 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna z wycięciem "U" wzmocniona 225 cm x 260 cm wycięcie 10 cm x 100 cm

1 serweta samoprzylepna 150 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110x50cm (+/-2cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 270 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 250 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) >125 cm H₂O.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

48. Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm

2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm

1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepą, umieszczonym centralnie.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 185 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 175 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 129 cm H₂O

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Dopuszczamy.



49. Pakiet 1 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie serwet w rozmiarach 75 cm x 90 cm i 175 cm x 180 cm wykonanych z laminatu dwuwarstwowego włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro 185 kPa, na sucho min. 175 kPa, chłonność płynów 129 cm H₂O. Materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pojedyncze sterylne serwety zapakowane do transportu w kartonowy dispenser oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

50. Pakiet 1 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 cm x 145 cm. Serweta wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z laminatu dwuwarstwowego: włókna polipropylenowej i folii polietylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 130,5 g/m². Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

51. Pakiet 1 poz. 12

Prosimy o dopuszczenie osłony na kończynę o wymiarach 32 x 120 cm z 2 foliowymi taśmami samoprzylepnymi wykonaną z termoplastycznej folii elastomerowej oraz elastycznej bielonej dzianiny.

Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/dispensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny

Odpowiedź: Dopuszczamy.

52. Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókna oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórki kończyn górnych.

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 185 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 175 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 129 cm H₂O

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Andrzej Grucha

DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA