

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. K. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św., woj. świętokrzyskie
tel. (041) 247-80-00, fax (041) 247-80-50
NIP 661-19-59-864

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 28.07.2020r

Sprawa ZP/25/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „*zakup i dostawy rękawic diagnostycznych*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 565798-N-2020 z dnia 23-07-2020 r. informujemy:

Pytania:

1) Załącznik nr 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

- a) o grubości w strefie palca 0,09-0,11mm, dłoni 0,06mm;
 - b) AQL=1,5 - jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa
 - c) pakowanych a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań;
- pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: a) i b) dopuszczamy, c) - zgodnie z siwz

2) Załącznik nr 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

- a) o dł. min. 296mm;
 - b) AQL=1,5 - jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa;
 - c) Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu wyposażenia placówki w uchwyty na rękawice, który stanowi zablokowanie udziału większości firm w przedmiotowym postępowaniu na zakup rękawic. Odstąpienie od tego wymogu pozwoli na złożenie większej ilości złożonych ofert i zapewni wybór najkorzystniejszej oferty oraz najlepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.
- Odpowiedź: a) i b) dopuszczamy, i c) - zgodnie z siwz

3) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:
Siła Wyższa

- 1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
- 2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
- 3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą

Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy

4) **Zad. 1 Poz. 1** - Czy zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe grubość na palcu 0,09 mm, dłoni 0,07mm.

Odpowiedź: dopuszczamy

5) **Zad. 1 Poz. 2**

Czy zamawiający wydzieli pozycję do odrębnego zadania co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: nie wydzielamy

6) **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej na palcu $0,08 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,06 \pm 0,01$ mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: dopuszczamy

7) **Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, teksturowane na palcach, długości min. 292 mm, AQL 1.5, grubości na dłoni 0,30 mm, na palcu 0,40, pakowane po 50 szt, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?


Odpowiedź: nie dopuszczamy

8) **Pozycja 1 oraz 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ogólnej ilości uchwytów na rękawice, w którą Wykonawca ma wyposażyć placówki Zamawiającego. Informacja ta jest bardzo ważna przy wycenie asortymentu.

Odpowiedź: ok. 20-30 szt.

Lewadowski Ane


DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA