

Wykonawcy wszyscy

Sprawa ZOZ/ZO/17/2020

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na zakup **zestawu videointubacji z wyposażeniem ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ dnia 31.07.2020 informujemy:**

Czy zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop o następujących parametrach:

1. Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 "
2. Wyświetlacz LCD umieszczony w stałej pozycji
3. Adapter wideolaryngoskopu wyposażony źródło światła LED oraz kamerę CMOS o rozdzielczości 640x480 pikseli VGA. Na wyposażeniu dwa adaptery dla dorosłych oraz dla dzieci i niemowląt.
4. Wskaźnik stanu naładowania baterii.
5. Zasilany z akumulatora lub baterii zapewniającej 90 minut pracy urządzenia.
6. System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. Wyposażony w wizualny wskaźnik stanu wyczerpania baterii.
7. Waga wideolaryngoskopu z łyżką ok 220g (w zależności od rozmiaru łyżki)
8. Dostępne na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2 oraz 3 pasujące do szerokiego grona pacjentów takich jak klasyczne łyżki w rozmiar 1,2,3,4. łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują w wersji bez kanału oraz z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną. Do wyboru przez zamawiającego.
9. Na wyposażeniu łyżki mikrobiologicznie czyste wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych rozmiar 3- 3 szt oraz rozmiar 3 z kanałem na rurkę intubacyjną – 3szt. Przeznaczone do procedur na osobach dorosłych.
10. Wideolaryngoskop jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku rurkami intubacyjnymi co daje możliwość zakupu zamawiającemu w korzystnej cenie rurek intubacyjnych w zależności od preferencji. Na wyposażeniu wideolaryngoskopu nie występują rurki intubacyjne.
11. Instrukcja obsługi i menu w języku polskim
12. Posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny wraz rozlokowanymi po kraju punktami serwisowymi
13. Zestaw składa się z wyświetlacza, adaptera dla dorosłych, adaptera do dzieci, 6 łyżek: rozm 1 -1szt, rozm 2 z kanałem na rurkę intubacyjną – 1szt, rozm 2 bez kanału – 1szt, rozm 3 z kanałem na rurkę intubacyjną – 1szt, rozm 3 bez kanału – 1szt,

Odpowiedź: Nie dopuszczamy wyspecyfikowanego wideolaryngoskopu ponieważ zamawiający jest zainteresowany zakupem zestawu do trudnych intubacji o minimalnych parametrach jak niżej:

1.	Monitor systemu wideoendoskopowego – 1 szt.	
	Ekran monitora z matrycą TFT o przekątnej min. 7 cali, kolorowy, szeroki kąt patrzenia min. 160°	
	Rozdzielczość monitora min. 1280 x 800 pikseli	
	Monitor wyposażony w dwa wejścia do jednoczesnego podłączenia dwóch wideoendoskopów, np. wideorhinolaryngoskopu i wideootoskopu lub głowic kamery endoskopowej	
	Współczynnik ochrony monitora IP54	
	Obsługa funkcji monitora poprzez przyciski membranowe	
	Funkcje regulacji parametrów obrazu - jasność, kolor, kontrast	
	Funkcja balansu bieli	
	Zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo-jonowy) oraz sieciowe, możliwość pracy w trakcie	

	ładowania akumulatora	
	Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora	
	Monitor wyposażony w gniazdo kart SD umożliwiające dokumentację obrazową w postaci zdjęciowej (jpg) oraz wideo (mpeg4)	
	Monitor wyposażony w gniazdo USB	
	Możliwość odtwarzania zapisanych zdjęć i wideo bezpośrednio na monitorze z funkcją kasowania	
	Uruchamianie zapisu na karcie SD bezpośrednio z uchwytu videoendoskopu oraz poprzez przyciski monitora	
	Możliwość zamocowania monitora na stojaku	
	Wyjście wideo HDMI do podłączenia do większego monitora	
	Możliwość rozbudowy monitora o głowicę kamery endoskopowej do połączenia ze standardowymi optykami sztywnymi	
	Waga monitora nie większa niż 1300 g	
	W zestawie stojak na kółkach do zamocowania monitora, wysokość min. 120 cm, wyposażony w kosz na akcesoria, uchwyt do przymocowania monitora do stojaka, uchwyt na wideolaryngoskopy	
2.	Wideolaryngoskop – 1 szt.	
	Wideolaryngoskop z łopatką o kształcie typu i rozmiarze MAC #3	
	Wideolaryngoskop ze zintegrowaną na stałe łopatką i rękojeścią, w pełni wielorazowe, wykonane z metalu	
	Przetwornik obrazowy CMOS oraz dioda oświetleniowa LED zintegrowane w części dystalnej łopatki	
	Układ optyczny przetwornika obrazowego zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji	
	Rękojeść wideolaryngoskopu wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i filmów w podłączonym monitorze (obsługa poprzez długie i krótkie wciśnięcie przycisku)	
	Podłączanie wideolaryngoskopu do monitora poprzez odłączany przewód	
	Możliwość reprocessingu wideolaryngoskopu metodą manualną oraz maszynową (pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8) oraz STERRAD	
3.	Wideolaryngoskop – 1 szt.	
	Wideolaryngoskop z łopatką o kształcie typu i rozmiarze MAC #4	
	Wideolaryngoskop ze zintegrowaną na stałe łopatką i rękojeścią, w pełni wielorazowe, wykonane z metalu	
	Przetwornik obrazowy CMOS oraz dioda oświetleniowa LED zintegrowane w części dystalnej łopatki	
	Układ optyczny przetwornika obrazowego zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji	
	Rękojeść wideolaryngoskopu wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i filmów w podłączonym monitorze (obsługa poprzez długie i krótkie wciśnięcie przycisku)	
	Podłączanie wideolaryngoskopu do monitora poprzez odłączany przewód	
	Możliwość reprocessingu wideolaryngoskopu metodą manualną oraz maszynową (pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8) oraz STERRAD	

W związku z uszczegółowieniem parametrów zamawiający wydłuża termin składania ofert do 07.08.2020 r. do godz. 11.00.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowie Świętokrzyskim
Dyrektor ds. Kształtowania
dr inż. med. Adam Karolik

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowie Świętokrzyskim
INSPEKTOR ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Anna LEWANDOWSKA