

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. K. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św., woj. świętokrzyskie
tel. (041) 247-80-00, fax (041) 247-80-50
NIP 661-19-59-864

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 19.08.2020 r.

Sprawa ZP/29/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr z dnia 573896-N-2020 z dnia 12-08-2020 r. informujemy:

WNIOSEK W SPRAWIE SPROSTOWANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW

W związku z zamieszczeniem w dniu 19.08.2020 roku przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania oferentów prosimy w trybie pilnym o zmianę udzielonych odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytanie nr 11, dotyczy Zadania nr 9, poz. 1 i 2

Wnosimy o uchylenie udzielonej odpowiedzi: TAK i zastąpienie jej odpowiedzią: NIE.

Udzielona odpowiedź jest niezgodna z ustawą o wyrobach medycznych.

Ustawa o wyrobach medycznych nie nakłada na producentów obowiązku nadrukowania bezpośrednio na wyrobach medycznych daty ważności i numerów serii.

W żadnym innym pakiecie Zamawiający nie wprowadził obowiązku oferowania wyrobów medycznych z nadrukowaną na wyrobie datą ważności i numerem serii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i polskimi data ważności i numer serii winny być nadrukowane na odpowiednim opakowaniu wyrobu medycznego.

Rozumiemy, że jeden z producentów wkładów workowych nadrukowuje takie dane na swoich wyrobach medycznych najprawdopodobniej ze względu na stosunkowo niską trwałość filtrów montowanych w swoich produktach i oferowane bardzo duże opakowania zbiorcze, nie jest to jednak wymóg określony w przepisach prawa czy normach ISO.

Dotychczas stosowane przez Szpital wkłady workowe mają datę ważności i numer serii nadrukowane na opakowaniach zbiorczych i jest to w pełni zgodne z wymogami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający uchyła odpowiedź TAK, przez co znosi wymóg, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii.

Przetw. Korkowski

[Signature]
DIREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA