

Sprawa ZP/32/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawy rękawic diagnostycznych**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 587561-N-2020 z dnia 22-09-2020 r. informujemy:

Pytanie:

1. Zad. 1 poz. 1:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych grubość na palcu 0,09 mm, dłoni 0,07 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. dotyczy Pakiet 1 pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic alternatywnych:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe (1 op. 100 szt.) rozmiar: S,M,L mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0,10-0,12 mm, na dłoni 0,07-0,08 mm (potwierdzone kartą techniczną dystrybutora), rękawice bez protein lateksu, posiadające AQL 1.0, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374 (potwierdzone fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu), rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. dotyczy Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie Pakietu nr 1 i wydzielenie pozycji 2 jako osobnego pakietu? Taki podział pozwoli złożyć ofertę większej ilości Oferentów, a Zamawiającemu na wybór odpowiedniej oferty z dostępnością do korzystnych cen przy zachowaniu wysokich wymogów jakościowych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 30.09.2020 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2020 r. o godz. 12.30.

Robert Kofkowiak

DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA