

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 30.10.2020 r.

Sprawa ZO/25/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Zakup i dostawę urządzeń medycznych**” ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 28.10.2020 r. informujemy:

Pytania:

1. PYTANIE - Pakiet nr 3 - wózek leżący:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do transportu chorych w pozycji leżącej posiadającego pozycję TRENDELENBURGA, nie posiadającego pozycji Anty Trendelenburga - spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?


Odpowiedź: Nie.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka do transportu chorych w pozycji leżącej posiadającego barierki boczne których górna część wykonana jest ze stali nierdzewnej a poprzeczki lakierowane proszkowo, spełniający wszystkie wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający w Pakiecie nr 2 PARAMETRY TECHNICZNE w pozycji nr 5 rezygnuje ze wskazania nazwy oprogramowania HMS-CS.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.


DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA

