

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 26.11.2020 r.

Sprawa ZO/26/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Zakup i dostawy materiałów medycznych dla Oddziału Okulistyki**” ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 23.11.2020 r. informujemy:

Pytania:

1. Pytanie dot. zapisów zapytania ofertowego:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w związku z obecnym stanem epidemii w Polsce i pracą zdalną zespołów przetargowych ?

Odpowiedź: Tak.

2. Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §2 ust. 4 umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „*Zamawiający jest zobowiązany zrealizować umowę w 80% jej wartości netto i w takim zakresie Dostawcy przysługuje roszczenie o jej realizację*”?

Uzasadnienie:

Umowa powinna gwarantować wykonawcy jej realizację w przynajmniej 80%, w przeciwnym razie wykonawcy nie mogą racjonalnie skalkulować ryzyka oraz oferty.

Odpowiedź: Nie.

3. Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „*Zaproponowane w ofercie ceny netto nie ulegną zmianie do czasu zrealizowania całości przedmiotu umowy. Strony dopuszczają zmianę ceny brutto (przy niezmienionej cenie netto) w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT – w takiej sytuacji nowa stawka będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.*”

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że może zagwarantować stałość ceny netto, gdyż nie ma żadnego wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług. Zmiana stawki podatku VAT powinna obowiązywać od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę.

Odpowiedź: Nie.

4. Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §3 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „*Dopuszcza się zmiany umowy, gdy wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (tekst jedn.*

Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/Dostawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) z późn. zm.) przez właściwe organy administracji, o ile Dostawca/Zamawiający nie mógł racjonalnie przewidzieć, uniknąć lub zabezpieczyć się przed istotnym ograniczeniem możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwością wykonania przedmiotu umowy; jeżeli istotne ograniczenia możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy wynika z w/w okoliczności dotyczących producenta, importera lub dystrybutora przedmiotu umowy, strony mogą dokonać zmiany umowy z uwzględnieniem w/w okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one tych podmiotów.”?

Uzasadnienie:

Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, na które Wykonawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej działając z należytą starannością – nie są w stanie przewidzieć.

Odpowiedź: Nie.

5. Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 5 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „Dostawca zobowiązuje się przyjąć reklamację i dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia:

- w którym zostało potwierdzone za pomocą faxu złożenie powiadomienia reklamacyjnego – w przypadku wad ilościowych;

- w którym Dostawcy został dostarczony wadliwy towar – w przypadku wad jakościowych.”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może zbadać zasadności reklamacji jakościowej, jeżeli nie został mu przesłany do weryfikacji wadliwy towar.

Odpowiedź: Nie.

6. Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 6 ust. 2 umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem w przypadku wystąpienia **zasadnych i zawinionych** 3 lub więcej reklamacji ilościowych lub jakościowych.”

Uzasadnienie:

Reklamacje mogą być także niezasadne i nie być wynikiem zawinionego działania Wykonawcy, tym samym zasadne jest zawarcie ww. postanowienia umownego w proponowanym brzmieniu.

Odpowiedź: Nie.

7. Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy,

Dostawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienia w dokonywaniu zapłaty za dostarczone towary nie stanowią podstawę uzasadniającą rozwiązanie umowy."


Uzasadnienie:

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o zapobieganiu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych), Dostawcy w przypadku nieterminowej płatności należne są odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Nadto, wszelkie rodzaje odsetek za nieterminową płatność, zastrzeżone są na wypadek opóźnienia, a nie zwłoki. W ocenie Wykonawcy, zaległości Zamawiającego mogą być wysokie, a tym samym Wykonawca wnosi powinien mieć możliwość rozwiązania umowy w takim wypadku.

Odpowiedź: Nie.

8. Pytanie dot. przedmiotu zamówienia: Pakiet 2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do iniekcji doszkliskowej o składzie:

- serweta z laminatu w rozmiarze 90 x 90 cm, z folią chirurgiczną, owalnym otworem w rozmiarze 10 x 7 cm oraz kieszenią na płyny – 1 szt.
- kompresy z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowej, rozmiar 7,5 x 7,5 cm – 3 szt.
- IGLA SPEC DO PODAWANIA WISKOELASTIKU 23G X 7/8 (0,64X22MM) ZAGIĘTA 45,9MM OD KOŃCA IGŁY - 1 szt.
- BARRAQUER MET. DLA DOROSŁYCH 4CM ZAMKNIĘTE KOŃCÓWKI - 1 szt.
- PRZYRZĄD PLAST DO ODMIERZANIA MIEJSCA INIEKCJI 8CM KOŃCÓWKI 3,5-4,0 MM - 1 szt.
- PATYCZEK PLAST 15CMX2,5MM BIAŁY – 3 szt.
- KLESZCZYKI PLAST PEAN 13CM NIEBIESKIE 1 szt.
- POJEMNIK PLAST OKRĄG 60ML WYS 3CM ŚR DENKA 5,5CM SKALA TRANSP- 1 szt.
- STRZYKAWKA PLAST 2CZ 5ML LN TBIAL X- 1 szt.
- STRZYKAWKA PLAST 2CZ 10ML LN TBIAL X- 1 szt.
- serweta z laminatu w rozmiarze 90 x 75 cm - 1 szt.



Odpowiedź: Nie.

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

9. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pkt 1 ma na myśli konkretny rozmiar pierścienia dotorebkowego 12 mm do torby o średnicy 10-12mm lub 13mm do torby o średnicy 11-13mm, czy też mowa o dwóch rozmiarach pierścieni o wspomnianych wyżej wymiarach?

Odpowiedź: Tak, mowa o dwóch rozmiarach pierścieni o wspomnianych wyżej wymiarach.

10. Czy Zamawiający w Pakiecie 3 pkt 2 ma na myśli retractorы tęczówkowe jednorazowe?

Odpowiedź: Tak.

11. Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pkt 1 dopuści roztwór błękitu trypanu rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06%, o czystości $\geq 96\%$, gdzie 1 opakowanie = 10 ampulostrzykawkę o objętości 0,5 ml sterylnego roztworu?

Odpowiedź: Nie.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Dyrektor: 
dr n. med. Adam Karolik

