

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 11.12.2020 r.

Sprawa ZO/31/2020

Wszyscy wykonawcy


W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Zakup i dostawy materiałów medycznych do dializ**” ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 08.12.2020 r. informujemy:

Pytania:

1. Dotyczy pakietu 3:

Prośba o doprecyzowanie zapisów siwz, czy zamawiający ma na myśli igły do hemodializy o rozmiarze 1,4mm; 1,6mm i 1,8mm, co daje 17G; 16G i 15G, oraz czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł bez naklejki dwustronnej?

Odpowiedź: Tak.


DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA

Piotr Kobus