

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 07.01.2021 r.

Sprawa ZP/47/2020

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania tych badań**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod numerem 775130-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. informujemy:

Pytania:

PAKIET nr 10:

1. Jesteśmy Wykonawcą, który od ponad dwóch dekad jest obecny na rynku odczynników i sprzętu diagnostycznego, natomiast od niedawna zajmujemy się dystrybucją odczynników/analizatorów do oznaczania hemoglobiny glikowanej i nie posiadamy wymaganych dokumentów/referencji w zakresie opisanego przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający zechce odstąpić od wymogu wykazania wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia?

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienie grupy 5-ciu użytkowników oferowanego analizatora - uczestników programów zewnętrznej oceny jakości organizowanych przez COBJwDL?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający może określić/doprecyzować częstotliwość wykonywania badań w trakcie trwania umowy (np. 1 raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu)?

Odpowiedź: 1 raz w tygodniu

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego w dwóch zakresach (low, high)?

Odpowiedź: Tak.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworów eluentów, które są przydatne do użycia w ciągu 3 miesięcy od chwili otwarcia odczynnika (potwierdzone certyfikatem)?

Odpowiedź: Tak.

6. Czy Zamawiający zaakceptuje dostawy odczynników oraz realizację zamówień w czasie nie dłuższym niż 10 dni?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy w Pakiecie 10.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli odczynników/materiałów kontrolnych/materiałów zużywalnych o dodatkowe wiersze, jeśli zaistnieje potrzeba skalkulowania większej liczby pozycji niż wymienione w załączonej tabeli?

Odpowiedź: Tak.

DYREKTOR

mgr ANDRZEJ GRUZA

Profr dalszowski