

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 26.01.2021 r.

Sprawa ZO/02/2021

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Zakup i dostawy materiałów medycznych**” ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 22.01.2021 r. informujemy:

Pytania:

1. Czy Zamawiający wydzieli z pak 2 poz 1,2?

Odpowiedź: Jak w Załączniku nr 1.

2. Czy Zamawiający w pak 1 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik Dufour 2-drożny z medycznego PCV, balon 30ml lub 75ml, rozmiary: 18Ch – 24Ch?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający w pak 2 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik Dufour 3-drożny silikonowy balon 40ml-80ml rozmiary: 16Ch - 24Ch zależnie od średnicy?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający w pak 2 poz 5 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik Dufour 3-drożny z medycznego PCV balon 30ml, 75ml rozmiary: 18Ch – 24Ch?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający w pak 2 poz 7 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Prowadnica do URS wykonana ze stali chirurgicznej pokryta powłoką PTFE dł 120cm z miękką końcówką prostą o długości 2,5cm?

Odpowiedź: Jak w Załączniku nr 1.

6. Czy Zamawiający w pak 2 poz 8 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym. Cewnik typu JJ otwarty/otwarty wykonany z poliuretanu. Czas implantacji 12 mies. Wymagana długość mieszcząca się w przedziale 24-30cm. Rozmiary: 6Ch, 7Ch. Sterowalny popychacz. Prowadnica 150cm z ruchomym rdzeniem?

Odpowiedź: Jak w Załączniku nr 1.

7. Czy Zamawiający w pak 2 poz 9 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów z cewnikiem podwójnie zagiętym. Cewnik typu JJ otwarty/otwarty, wykonany z poliuretanu. Czas implantacji do 12 miesięcy. Wymagana długość 28cm. Rozmiary: 4,8Ch, 6Ch. Średnica wewnętrzna cewnika 4,8Ch – 0,035". Popychacz. Prowadnica 150cm?

Odpowiedź: Jak w Załączniku nr 1.

8. Czy Zamawiający w pak 2 poz 10 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do szynowania .

Skład zestawu: cewnik typu JJ otwarty/zamknięty, wykonany z poliuretanu, prowadnica, popychacz. Czas implantacji 12 miesięcy. Wymagana długość 28cm. Rozmiary: 4,8Ch, 6Ch. Średnica wewnętrzna cewnika 4,8Ch – 0,035"?


Odpowiedź: Jak w Załączniku nr 1.

9. Dotyczy zadania nr 1, Akcesoria do neuromonitoringu, Pyt. 1 pakiet 1, pkt. 2:

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie sondy bipolarnej prostej mikrowidelec (dł. Robocza 4,5cm) z przewodem o dł. 3m do bezpośredniej stymulacji nerwów, w ilości 10 sztuk lub w wielokrotności liczby 10? Produkt sterylny, jednorazowy.

Uzasadnienie : Firma inomed w swojej ofercie posiada powyższą sondę pakowaną w opakowania zbiorcze po 10 sztuk.

Odpowiedź: Dopuszczamy.


DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA

