

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 12.02.2021 r.

Sprawa ZO/06/2021

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytania, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Dzierżawę analizatora HPLC do oznaczenia HbA1c oraz zakup odczynników**” ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 10.02.2021 r. informujemy:

Pytania:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienie grupy 5-ciu użytkowników oferowanego analizatora - uczestników programów zewnętrznej oceny jakości organizowanych przez COBJwDL?

Odpowiedź: Dopuszczamy.

2. Czy Zamawiający może określić/doprecyzować częstotliwość wykonywania badań w trakcie trwania umowy (np. 1 raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu)?

Odpowiedź: 1 raz w tygodniu

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego w dwóch zakresach (low, high)?

Odpowiedź: Tak.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie roztworów eluentów, które są przydatne do użycia w ciągu 3 miesięcy od chwili otwarcia odczynnika (potwierdzone certyfikatem)?

Odpowiedź: Tak.

5. Czy Zamawiający zaakceptuje dostawy odczynników oraz realizację zamówień w czasie nie dłuższym niż 10 dni?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli odczynników/materiałów kontrolnych/materiałów zużywalnych o dodatkowe wiersze, jeśli zaistnieje potrzeba skalkulowania większej liczby pozycji niż wymienione w załączonej tabeli?

Odpowiedź: Tak.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby w formularzu ofertowym podać łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 z wyszczególnieniem należności za poszczególne pozycje odczynnikowe/materiały zużywalne oraz dodatkowo dzierżawę aparatu?

Odpowiedź: Tak.

8. Czy Zamawiający wymaga, aby złożona oferta zawierała karty charakterystyki, deklaracje zgodności CE oraz oświadczenie o zgłoszeniu oferowanych produktów do rejestru wyrobów medycznych, które zostanie przedłożone na każde żądanie Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak.

Dr n. med. Adam Karolik