

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 07.04.2021 r.

Sprawa ZP/05/2021

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania tych badań**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr **2021/BZP 00026795/01** z dnia **01 – 04 – 2021 r.** informujemy:

Pytania:

1. Czy Zamawiający w pakiecie 2 (Toksykologia) wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek?

Odpowiedź: Tak, ale tylko w stosunku do Wykonawców, których testy są obecnie kupowane w ramach podpisanych umów.

2. Pakiet 3 – Prosimy o ujednolicenia zapisów dotyczących terminu ważności oferowanych odczynników zgodnie z pkt. 5 tabeli „Wymagane parametry analizatora”. Zamawiający w wymogach dodatkowych do testów zawarł zapis, iż testy mają mieć termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź: Pkt. 5 – Trwałość odczynników do wykonania oznaczeń, po otwarciu opakowania nie krótsza niż 4 miesiące. Pkt. „C” – termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy od dostawy.

3. Pakiet 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty certyfikatów kontroli jakości w wersji angielskiej?

Odpowiedź: Tak.

Pytania do umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

4. §2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie telefonicznej (fax) formy składania zamówień na zamówienia składane za pośrednictwem korespondencji e-maila?

Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź: Tak.

5. §4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Na fakturze należy podać nr zamówienia / z dnia zamawiającego lub numer umowy”?

Odpowiedź: Tak.

6. §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku niedokonania wymiany towaru reklamowanego na wolny od wad, a także w przypadku niezrealizowania zamówienia w wyznaczonym terminie Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Dostawcy, może dokonać zakupu tego towaru u innego Dostawcy i może obciążyć Dostawcę będącego stroną umowy różnicą pomiędzy ceną zakupu a ceną z oferty przetargowej.”?

Odpowiedź: Nie.

7. §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po kropce zdania w brzmieniu:

„Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego udokumentowania na rzecz Dostawcy poniesionych przez niego kosztów związanych z dokonaniem zakupu zastępczego”?

Odpowiedź: Tak.

8. §6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Nie.

Pytania do Umowy Dzierżawy (załącznik nr 6 do SWZ)

9. §1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu instalacji analizatora do 21 dni?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę sprzętu do 21 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie wskazanego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: Tak.

10. §1 ust. 4 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na określenie terminu instalacji przedmiotu dzierżawy jako 14 dni roboczych?

Odpowiedź: _____

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrzycu Kościelnym
Dyrektor ds. Lecznictwa
dr n. med. Adam Karolik

Peter Holkanli