

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. K. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św., woj. świętokrzyskie
tel. (041) 247-80-00, fax (041) 247-80-50
NIP 661-19-59-864

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 16.08.2021 r.

Sprawa ZP/21/2021

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawy artykułów ogólnomedycznych” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00142328/01 z dnia 10 - 08 - 2021 r. informujemy:

Pytania:

Pakiet 2

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Foley z balonem o pojemności 5-10ml, jak obecnie stosowane na terenie szpitala. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: dopuszczamy

Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu o rozmiarach 14-26Ch z balonem o pojemności 30-50ml, jak obecnie stosowane na terenie szpitala. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: dopuszczamy

Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby cewnik posiadał balon o pojemności 50ml, długość 42cm oraz wykonany był z półsztywnego lateksu silikonowanego, jak obecnie stosowany na terenie szpitala.

Odpowiedź: tak

Pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości 360mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: dopuszczamy

Pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o długości 360mm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: dopuszczamy

Sm

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
p.o. DYREKTOR NACZELNY

dr n. med. Adam Karolik