

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. K. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św., woj. świętokrzyskie
tel. (041) 247-80-00, fax (041) 247-80-50
NIP 661-19-59-864

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 01.02.2022 r.

Sprawa ZP/04/2022

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*Zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych (powtórzenie)*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00037815/01 z dnia 27.01.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytania:

1. Zadanie 15 Czy Zamawiający dopuści równoważne nakłuwacze, aktywowane poprzez docisnięcie od góry do opuszka palca – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odpowiedź: Tak
2. Zadanie 15 Czy Zamawiający dopuści wycenę nakłuwaczy za opakowanie a'200 sztuk lub dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 sztukę produktu do 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Tak
3. Zadanie nr 28 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania specjalistyczne plastry dedykowane do zaklejania oczu pacjentom, nie sterylne, bez dodatku substancji klejących, działające na zasadzie bioadhezji (przylegania), z cienką warstwą silikonu, w rozmiarze: 2,5 x10 cm, z perforacją w połowie (co 5cm), w kolorze cielistym? Plaster nadaje się do skóry delikatnej, wrażliwej. Nie depiluje włosów.
Karta katalogowa w załączeniu.
Odpowiedź: nie
4. Zadanie nr 28
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania plaster przezroczysty w rolce, nie sterylny, z perforacją co 0,5 cm co umożliwia oderwania dowolnego odcinka, bez dodatku substancji klejących, działający na zasadzie bioadhezji (przylegania), z cienką warstwą silikonu? Plaster nadaje się do skóry delikatnej, wrażliwej. Nie depiluje włosów.
Karta katalogowa w załączeniu.
Odpowiedź: tak, dopuszczamy zaoferowanie taśmy o szerokości 5 cm.
5. Pytanie dotyczy zadania nr 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą pętle do polipektomii o średnicy drutu 0,4 mm i średnicy pętli 10, 15, 25, 30 mm?
Odpowiedź: nie
6. Pytanie dotyczy zadania nr 18 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą pętle do polipektomii o średnicy drutu 0,4 mm i średnicy pętli 10, 15, 25, 35 mm?
Odpowiedź: tak
7. Pytanie dotyczy zadania nr 18 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści ofertę, która zawiera tylko igłę grubości 23G?
Odpowiedź: tak

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Ostrowcu Świętokrzyskim
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
dr n. med. Adam Karolik