

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 26.05.2022 r.

**Sprawa ZO/12/2022**

**Wykonawcy wszyscy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na **zakup**

**i dostawy odczynników laboratoryjnych**, ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 25.05.2022 r. informujemy:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający zad 2 dopuści kasetkowy test immunochromatograficzny do równoczesnego wykrywania GDH i toksyn A & B na jednej kasetce, z trzema miejscami dozowania tej samej próbki, odczytem wyników już po 10 minutach, charakteryzujący się poziomami detekcji 0,5 ng/ml dla toksyny A, 0,78 ng/ml dla toksyny B oraz 0,38 ng/ml dla GDH, z kontrolą wewnętrzną testu, bez skalowanych pipetek, które nie są wymagane, z możliwością przechowywania próbki do 24h bez konieczności zamrażania?

Odpowiedź: dopuszczamy parametry testu.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR NACZELNY

*Tomasz Kopiec*