

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 29.06.2022 r.

Sprawa ZP/20/2022

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zakup i dostawy preparatów dezynfekcyjnych - powtórzenie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00218758/01 z dnia 22.06.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14:

w Lp1 oryginalny preparat Citristeril do dezynfekcji na gorąco aparatów do (hemodializ) HD Fresenius, zawierający 21 gramów uwodnionego kwasu cytrynowego, kwas mlekowy, kwas jabłkowy, preparat o działaniu bakteriobójczym (łącznie z prątkami gruźlicy), grzybobójczym, wirusobójczym (łącznie z HBV, HCV i HIV) w temperaturze większej niż 60 °C, posiadający działania czyszczące i odwapniające ? w Lp2 oryginalny preparat Puristeril340 do dezynfekcji instalacji rozprowadzającej wodę uzdatnioną, nie zawierający aldehydu, o działaniu czyszczącym i dezynfekującym oparty na formule kwasu nadoctowego. Spektrum działania po 15min: bakteriobójcze, zarodnikobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (HBV, HCV) prątkobójcze i pirogenobójcze. Preparat o właściwościach rozpuszczający krew, kompatybilny z materiałami takimi jak – twarde PVC, PE, PP, rozpuszczający złogi CaCO_3
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 4 – Preparat do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec bakterii, grzybów, wirusów, spor)?

Odpowiedź: wymagania zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 4 – Preparat do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane środki dezynfekcyjne były dopuszczone do stosowania w obszarze medycznym/obszarze klinicznym i było to potwierdzone w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym?

Odpowiedź: wymagania zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 4 Preparat do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 bądź NF T 72-281 wraz z zaoferowanym urządzeniem w dawce max. 7ml/m³?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wskazanego spektrum

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 4 Preparat do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zdolność dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze do max 150m³ potwierdzoną badaniami zgodnie z normą NF T 72-281 (normą dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną) w czasie działania max. 60min?

Odpowiedź: wymagania zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 4 Preparat do dezynfekcji pomieszczeń drogą powietrzną Czy Zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny będący produktem biobójczym mający pozwolenie na obrót

wydane przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ofertowany środek przeznaczony jest do dezynfekcji powierzchni w miejscach publicznych, w tym w obszarze medycznym.

Odpowiedź: wymagania zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 4 Uprzejmie proszę o doprecyzowanie w jakim terminie od dnia podpisania umowy należy dostarczyć do Zamawiającego urządzenie kompatybilne z zaoferowanym preparatem?

Odpowiedź: 14 dni

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 4 Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia urządzenia kompatybilnego z zaproponowanym preparatem na czas trwania umowy przetargowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia

Pytanie nr 9 – dotyczy Pakietu nr 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt spełniający wszystkie wymogi SWZ pod względem składu chemicznego, aktywności mikrobiologicznej o łącznym czasie działania 60 minut. Po czasie działania preparat nie wymaga czasu oczekiwania (wietrzenia) w celu przywrócenia pomieszczenia do użytku. W związku z tym oferowane rozwiązanie spełnia oczekiwania zamawiającego zawarte w SWZ – czas ekspozycji 30 minut i czas przywrócenia (wietrzenia) pomieszczenia do 30 minut) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 4 Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności materiałowej wobec stali nierdzewnej, wykładzin PCV, ABS, HDPE, plexiglasu, poliuretanu, kauczuku, polipropylenu, urządzeń elektronicznych, potwierdzone kopią wyników badań/raportem z testu wykonanym przez zewnętrzne niezależne laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga badań wykonanych przez zewnętrzne niezależne laboratorium

Pytanie nr 11 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie dotyczące spektrum działania mikrobiologicznego w zakresie sporów. Czy Zamawiający wymaga działania sporobójczego potwierdzonego wg normy EN13704 – ogólnie do tej pory stosowanej dla potwierdzenia skuteczności wobec sporów bakterii. Jest to norma fazy1/etap 2 dla obszaru instytucjonalnego o poziomie redukcji na poziomie 3 log. Czy w związku z tym faktem Zamawiający odstąpi od wymogu skuteczności wobec form przetrwałych jako normy nie dostosowanej do warunków obszaru medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu

Pytanie nr 12 – dotyczy Pakietu nr 3 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu zgodnego z przeznaczeniem i zastosowaniem opisanym w SWZ charakteryzującego się wyższymi parametrami oraz klasą bezpieczeństwa, sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b (do inwazyjnych wyrobów medycznych), o potwierdzonych właściwościach myjących, nawilżających, redukujących biofilm, posiadające udokumentowane działanie mikrobiologiczne wg Norm Europejskich Faza2/etap2 obszar narzędzia medyczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13 – dotyczy Pakietu nr 3 Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 3 - Środki do mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestetycznego i endoskopów pozycje nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4, spowoduje to zwiększenie konkurencyjności, gdyż umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14 - Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 14 - poz. 3, do odrębnego zakresu. Wydzielenie do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. nr 1 dopuści żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie

glicerynę oraz formułę lex feel zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 3ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L w systemie zamkniętym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 16 - W przypadku dopuszczenia preparatu z Pakietu 1 poz. 1 prosimy o określenie potrzebnej ilości dozowników w jakie należy wyposażać Szpital na czas trwania umowy?

Odpowiedź: zgodnie z ilością podaną w załączniku nr 1 pakiet 1 poz. 1

Pytanie nr 17 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. nr 2 i 3 dopuści płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x1,5ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 1,5 ml przez 2 x 90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Konfekcjonowany w opakowanie 5L(poz.2) i 500ml z pompką (poz. 3)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 18 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w Pakiecie nr 1 poz. 1-3 i utworzenie odrębnego pakietu na tę pozycję. Pragniemy podkreślić, że jako producent proponować konkurencyjne ceny co pozwoli Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymierne korzyści finansowe. Dlatego też prosimy o przychylenie się do naszej prośby co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert i odnieść wymierne korzyści finansowe zamawiającemu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 19 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. nr 2 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?

Odpowiedź: zamawiający oczekuje preparatu do dezynfekcji wstępnej, który każdorazowo będzie wylewany i wymieniany.

Pytanie nr 20 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. nr 1 i 3 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestetycznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcz, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile, B. subtilis . Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Konfekcjonowany w opakowanie 1kg(poz.1) i 5 kg (poz.2)?

Odpowiedź: nie dopuszczamy preparatu w proszku.

Pytanie nr 21 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. nr 4 dopuści preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw

sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B,F,V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, Adeno, Polio), Tbc w czasie do 15 min. Konfekcjonowany w opakowanie 1l? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. nr 5 i 6 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Konfekcjonowany w opakowanie 5l? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 23 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. nr 1 dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodiol), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (MRSA, P. aeruginosa), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych, Rota 1% w 15 min., Noro 4% w 15min. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny klasy IIa. Konfekcjonowany w opakowanie 5l? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na Polio 0,5% w 30 min.

Pytanie nr 24 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. nr 2 dopuści preparat przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Posiada właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5 - <10 %; Alkohole, C12-14, etoksyloowane 2,5 - <10 %; masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) <1 %. Wartość pH 7 - 9 (dla roztworu 100%). Konfekcjonowany w opakowanie 1L? Odpowiedź: dopuszczamy pod warunkiem zaoferowania środków kompatybilnych do systemu dozowania zainstalowanego w Szpitalu.

Pytanie nr 25 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. nr 3 dopuści preparat w kolorze czerwonym, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Skład: Kwas fosforowy(V) 2,5 - <10 %; Kwas amidosiarkowy(VI) 2,5 - <10 %; (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1 - <2,5 %. Produkt profesjonalny, kompatybilny z koncentratem do dezynfekcji dużych powierzchni. Konfekcjonowany w opakowanie 1L. Odpowiedź: dopuszczamy pod warunkiem zaoferowania środków kompatybilnych do systemu dozowania zainstalowanego w Szpitalu.

Pytanie nr 26 Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1 W związku z panującą sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami, w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez

Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy, tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp. dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27 Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3, 4 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie § 6 ust. 3, 4 poprzez dodanie zapisu o treści: „W przypadku dokonania zakupu u innego dostawcy, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. **Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika cenowego do niniejszej umowy.** Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z wezwania do zapłaty, Zamawiający może dokonać kompensaty z faktury Wykonawcy z najwcześniejszą datą płatności."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28 Dotyczy wzoru umowy § 7 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §7 poprzez dodanie ustępu o następującej treści: „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia w razie zaistnienia istotnych uzasadnionych okoliczności powodujących niemożność lub znaczne utrudnienie w realizacji umowy, na których wystąpienie Wykonawca nie miał wpływu w dniu składania oferty. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie z uzasadnieniem przyczyny wypowiedzenia umowy."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29 Dotyczy wzoru umowy § 9 Zawracamy się z prośbą o dodanie w § 9 zapisu o następującej treści: „Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w § 9 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści: „SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Szpital działa pomimo wszelkich nieprzewidzianych okoliczności, a w przypadku okoliczności spowodowanych Covid jest regulacja ustawowa pozwalająca na odpowiednie działania.



Pytanie nr 31 Dotyczy wzoru umowy W związku z brakiem zamieszczenia w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SWZ postanowienia przewidującego zmianę ceny w przypadku zmiany (wzrostu) wysokości stawek podatku VAT, wnosimy o uzupełnienie treści projektu umowy o wskazany poniżej zapis umowny. „W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza się zmianę (odpowiednio podwyższenie lub obniżenie) **maksymalnej wartości umowy brutto**. Wykonawca gwarantuje **niezmiennność cen jednostkowych netto „w górę”** przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.”

Stanowisko to motywowane jest następującymi względami. Podatek VAT stanowi element cenotwórczy niezależny od woli Wykonawcy. Wliczona do ceny oferty kwota podatku VAT jako daniny publicznoprawnej, do odprowadzenia której zobowiązany jest Wykonawca, nie ma przy tym wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. W ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto wyliczonej zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. Obliczenie ceny w oparciu o nieprawidłową (w tym także przyszłą, przewidywaną, lecz jeszcze nie obowiązującą) stawkę podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny skutkujący odrzuceniem oferty na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Wzrost stawek podatku VAT jest okolicznością zewnętrzną, na którą Wykonawcy nie mają żadnego wpływu. Wzrost taki, do którego dojść może w okresie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, przy obowiązku zachowania niezmiennej ceny brutto, spowoduje nie tylko zmniejszenie wynagrodzenia netto Wykonawcy w stosunku do wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia ceny oferty, lecz nawet skutkować może rażącą stratą po stronie Wykonawcy. Cenę ofertową Wykonawcy kalkulują bowiem według aktualnej stawki podatku VAT oraz – z uwagi na dużą konkurencję – przy przyjęciu minimalnej marży. W tym warunkach zwiększenie stawki podatku VAT np. o 15% powoduje, iż pierwotna kalkulacja ceny traci na aktualności, zaś umowa w sprawie zamówienia publicznego przynosi Wykonawcy straty. W piśmiennictwie nie budzi wątpliwości dopuszczalność zawarcia w umowach dotyczących zamówień publicznych indeksacji wynagrodzenia bądź ceny stosownie do spodziewanej okoliczności w trakcie realizacji umowy (np. zmiany stawki podatku VAT). Chodzi tu bowiem o samoczynną korektę wynagrodzenia, na podstawie pierwotnej woli stron wyrażonej w umowie, a nie o nowelizację umowy co do zasady niedopuszczalną na mocy art. 144 p.z.p. W związku z powyższym, prawnie możliwym, a nade wszystko uzasadnionym jest, aby w ramach zasad obowiązujących w uczciwym obrocie handlowym, wprowadzili Państwo do projektu umowy stosowną klauzulę przewidującą zmianę ceny netto w związku ze zmianą stawki podatku VAT.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, w przypadku umowy zawieranej na 1 rok nie ma obowiązku zawierania klauzuli waloryzacyjnej z uwagi na zmianę VAT.

Pytanie nr 32 Dotyczy wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej o następującej treści: „Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany średniego kursu EURO ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%. Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces. Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Prośbę swą motywujemy tym, iż umowa będzie umową długoterminową i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy, jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego. Dodatkowo, z uwagi na ogólnoswiatową sytuację polityczno-gospodarczą spowodowaną działaniami zbrojnymi rozpoczętymi na terenie Ukrainy, przez wzgląd na wynikające z tego konsekwencje w postaci wyjątkowej niestabilności kursów walut, wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dotyczącego możliwości zmiany umowy na wypadek ww. okoliczności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, w przypadku umowy zawieranej na 1 rok nie ma obowiązku zawierania klauzul waloryzacyjnych.

Pytanie nr 33 - Pakiet 1 poz. 2 i 3 Prosimy o dopuszczenie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu o zawartości 83,7g/100 g, zawierający innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witaminę E), o znacznie szerszym niż wymagane spektrum działania bójczego obejmującego B, F, Tbc, V (BVDV, vaccinia, rota, adeno, noro, polio)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie nr 34 - Pakiet 1. Prosimy o dopuszczenie programu monitorowania higieny rąk obejmującego: szkolenia przez audytora wiodącego WHO, dostęp do platformy elearningowej, dostęp do aplikacji mobilnej umożliwiającej przeprowadzanie audytów infrastruktury szpitalnej, audytów obserwacyjnych WHO, analizowanie zużycia środków do mycia i dezynfekcji rąk, prowadzenie statystyk. Dopuszczenie proponowanego modelu monitorowania spełniającego oczekiwania Zamawiającego pozwoli na wyłonienie w rynku najbardziej atrakcyjnej oferty spośród propozycji skierowanych przez Oferentów dysponujących wymaganym przez Zamawiającego narzędziem i pozwoli uniknąć jednocześnie ryzyka dyskryminacji bezpośredniej jako praktyki contra legem w świetle Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 35 - Pakiet 1 pozycja 1,2,3 W związku z faktem, iż preparaty z poz. 1, 2, 3 pozycji to preparaty do dezynfekcji rąk, a nie do dezynfekcji powierzchni, uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości stosowania preparatu w obszarach mających kontakt z żywnością.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje.

Pytanie nr 36 - Pakiet 1 pozycja 2,3 Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie 80g etanolu, bez zapachu i barwników, testowany dermatologicznie. Skuteczny w stosunku do B, Tbc, F, wirusów: Adeno, Noro (Norowirus myszy), BVDV (surogat HCV), PRV (surogat HBV), HIV, HSV-1, Rota, RSV, Vaccinia, Polio.

Odpowiedź: wymagania zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie nr 37 - Pakiet 3 poz. 1 W związku z możliwością zaoferowania w tej pozycji preparatu w proszku lub w płynie prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga: preparatu na bazie proteazy, amylazy, lipazy lub nadwęglanu sodu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu na bazie enzymów lub nadwęglanu sodu.

Pytanie nr 38 - Pakiet 3 poz. 5 Prosimy o określenie ilości pasków jaką Zamawiający oczekuje dla preparatów o terminie przydatności 28-30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 30 pasków do każdego pojemnika

Pytanie nr 39 - Pyt. 5 Pakiet 3 poz. 6 Prosimy o określenie ilości pasków jaką Zamawiający wymaga dla 360 litrów koncentratu

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje 30 pasków do każdego pojemnika

Pytanie nr 40 - Pakiet 3 Mając na uwadze, że w pakiecie nr 3 są wyspecyfikowane produkty do mycia i dezynfekcji narzędzi w postaci proszku lub płynu oraz z przeznaczeniem do myjni endoskopowej prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do których pozycji mają być dostosowane wymagane przez Zamawiającego automatyczne urządzenia dozujące.

Odpowiedź: do preparatów w płynie

Pytanie nr 41 - Pakiet 3 Czy wymagane przez Zamawiającego w pakiecie nr 3 automatyczne urządzenia dozujące mają być przekazane na zasadzie darowizny, czy umowy użyczenia?


Odpowiedź: za zasadzie umowy użyczenia na czas trwania umowy

Pytanie nr 42 - Pakiet 5 pozycja 1 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający wymaga preparatu o spektrum B, F, V czasie działania do 15 minut.

Odpowiedź: Nie zaszła pomyłka.

Pytanie nr 43 - Pakiet 3 poz. 2,3 Prosimy o dopuszczenie preparatu o spektrum: Działanie bakteriobójcze EN 13727 i EN 14561 oraz EN 13727 wobec MDRB, warunki brudne, działanie drożdżakobójcze EN 13624 i EN 14562, warunki brudne, działanie wirusobójcze zgodnie z EN 14476 wobec PRV (surogat HBV), BVDV (surogat HCV), Herpeswirus, wirus Vaccinia, HIV-1, warunki brudne w czasie 5 minut w stężeniu 0,5%.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody ze względu na brak sporów



Pytanie nr 44 - Pakiet 3 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia automatycznych urządzeń dozujących.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 45 Pakiet 3 pozycja 6 Prosimy o dopuszczenie preparatu na bazie kwasu nadoctowego wytwarzanego "ex tempore" z acetylokaprolaktamu (system PHERA), bez zawartości kwasu octowego,.
Spektrum działania: B, F, Tbc,V, S (C. difficile, C. sporogenes, B. Subtilis) w czasie 5 min., ph: 7,5-8,5.
Aktywność preparatu minimum. 14 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 46 – pakiet 1 - Prosimy o rezygnację z dostawy urządzenia monitorującego dezynfekcję rąk. Wymaganie dostawy urządzenia ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnych ofert, co jest niezgodnie z ustawą PZP. Zamawiający określił zakres pakietu jako środki do mycia i dezynfekcji rąk a nie dostawę urządzeń z systemami elektronicznymi, które ze względu na prawa autorskie są chronione.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Tomasz Kopiec