

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 09.08.2022 r.

Sprawa ZP/25/2022

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na *Zakup i dostawę urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej poprzez doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego Dziennego, Ośrodka Rehabilitacji Diennej i Działu Fizjoterapii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim”* ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00292761/01 z dnia 04.08.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

dot. pozycji 22 zamówienia – szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej – 1 szt.

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej o następujących parametrach:

- szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny dla dorosłych i dzieci z zakresem wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25 do 57 cm (długość kończyny dolnej od 56 cm do 106 cm) i wzrostem 120 cm - 200 cm, wadze pacjenta do 150 kg
- oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia, regulowana pozycja oparcia uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych; oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa z certyfikatem biokompatybilności w pełni dezynfekowalne środkami bez konieczności rozcieńczania
- zakres ruchu w stawie biodrowym prostowanie/zginanie 0° - 115°
- zakres ruchu w stawie kolanowym prostowanie/zginanie -10° - 0° - 120°
- regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych
- automatyczne poszerzenie zakresu ruchu, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania;
- program rozgrzewki (rozluźnienie spastyczności)
- możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie
- ustawionego zakresu w 25 poziomach siły oddziaływania
- regulacja prędkości określona w skali od 5% do 100% co 5% w 20 poziomach (szybkość określona 5% odpowiada ruchowi szyny ok. 32°/min., a 100% ok. 230°/min.) automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy; stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych
- kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów
- z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych oraz monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na nedotykowym podświetlanym wyświetlaczu LCD-TFT 320x240 pikseli z regulacją kontrastu

karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta min. 5 szt. z możliwością przeniesienia wyników terapeutycznych do PC
zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60 Hz, przewodem zasilającym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów, klasa ochronności II
wymiary 97 cm x 36 cm x 23 cm, waga 11 kg
aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2014 i IEC 60601-1-11:2010 kompatybilności elektromagnetycznej.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody, jak w SWZ

Pytanie nr 2

Czy ze względu na fakt, iż szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej jest urządzeniem elektrycznym mającym bezpośredni kontakt z kończyną pacjenta, ma posiadać klasę ochronności II – zabezpieczającą przed porażeniem elektrycznym bezpośrednim i pośrednim?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3

Czy szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, w celu optymalizacji i zwiększenia efektywności procesu rehabilitacji, ma być wyposażona w gniazdo do podłączenia dedykowanego zsynchronizowanego 2 kanałowego elektrostymulatora EMS?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty częściowej w formie odrębnej części, uwzględniającej **szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej – 1 szt. z pozycji 22** ze względu na jej odrębność i specyfikę terapeutyczną?

Pozwoli to na zaoferowanie sprzętu o najnowocześniejszych cechach pod względem konstrukcji, funkcjonalności, fizjologicznego przebiegu ruchu oraz zgodności z aktualnymi trendami i metodami rehabilitacji, jak również zgodności z wymaganiami technicznymi i odpowiednimi przepisami dotyczącymi takich wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY
Tomasz Kopiec