

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 16.09.2022 r.

Sprawa ZP/30/2022

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*zakup i dostawy ogólnoszpitalnych artykułów medycznych*” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 003374416/01 z dnia 07.09.2022 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytanie 1 dotyczy zadania nr 15

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne długości roboczej 1200 mm?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Tylko jeden wykonawca posiada cewniki z ramionami prostymi i zakrzywionymi. Pozostawienie w pakiecie 5 ramion prostych i zakrzywionych, jest zapisem ograniczającym konkurencję. Nie wydzielenie ramion zakrzywionych do osobnego pakietu ograniczy całkowicie złożenie oferty konkurencyjnej, dlatego prosimy o stworzenie oddzielnego pakietu dla ramion zakrzywionych.

Pytanie 3 Jeśli Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia, prosimy o dopuszczenie cewników z ramionami prostymi, różnice podane w nawiasach:

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu (wykonany w technologii typu ENDEXO - polimer niewymywalny, który zostaje „wmieszany” w poliuretan, materiał odporny na odkładanie się skrzeplin- parametr lepszy) o średnicy 14,5 Fr -16 Fr. Cewnik 14,5 Fr(cewnik 15,5F) o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42(oferujemy 43 zamiast 42) cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28, 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi (wykreślony opis z ramionami prostymi, sprzeczny z zasadą konkurencyjności). Przepływ do 500ml/min. Cewnik 16 Fr — długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28, 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500ml/min nawet przy 15% okluzji. (wykreślony opis, sprzeczny z zasadą konkurencyjności) Końcówka cewnika schodkowa 3cm. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Światło wewnętrzne cewnika 2,3 mm. Otwory wycięte w systemie 360 st (dodatowe otwory boczne) zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia. Dla cewnika 14,5 Fr

wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr. (dla cewnika 15,5F rozszerzacz żył 12F i 14F, prowadnica rozdzielalna z systemem zastawkowym) Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie

wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera.

Pytanie 4 W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o odpowiedź na poniższe :

Zamawiający jest zobowiązany ustawą do dokonania zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający utrzymał parametry wykluczające kierując się tylko własną chęcią posiadania konkretnego produktu, i nie stworzył warunków do składania ofert większej ilości wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności i z wykorzystaniem norm rekomendowanych w polityce zakupowej państwa i nie zastosował się do nich w oparciu o obiektywne potrzeby społeczne, prosimy o wskazanie granic równoważności i zasad konkurencyjności w oparciu o artykuł 99 ust. 4-6 PZP

Odpowiedzi pytań 2-4: Na tym etapie prowadzonego postępowania wydzielenia i zmiana parametrów opisanego przedmiotu zamówienia musiałaby skutkować - zgodnie z art. 90 ust. 3 - unieważnieniem całego postępowania na podstawie art. 256 Ustawy pzp. Zamawiający dołoży wszelkich starań aby poszerzyć swoją wiedzę na temat opisanego przez Wykonawcę cewnika naczyniowego i w kolejnym postępowaniu uwzględni opisane parametry.

KIEROWNIK BLOKU OPERACYJNEGO
I CENTRALNEJ STERYLIZACJI
Dyblec
mgr Małgorzata Dyblec
SPECJALISTA PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO

Wielospecjalistyczny Szpital
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR NACZELNY

Tomasz Kopiec



Włodarski