

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 22.11.2022 r.

Sprawa ZO/21/2022

Wykonawcy wszyscy

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na **zakup i dostawę zestawów do chirurgii kręgosłupa – w formie utworzonego podmagazynu - powtórzenie**, ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 18.11.2022 r. informujemy:

Pytanie nr 1: W związku z wycofaniem terapii prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr 11 i zastąpienie jej terapią o następujących parametrach:

- > stabilizacja szyjna hybrydowa, materiał PEEK i tytan, implant
- > przykręcany do sąsiadujących trzonów za pomocą dwóch
- > samonawiercających lub samogwintujących śrub, równoległy profil
- > implantu lub z 6 stopniową lordozą, średnica śrub 3,5/4,0 mm, długość
- > śrub od 11mm do 15 mm ze skokiem maks. 2 mm, min. 4 wysokości implantu
- > z zakresu 5-8mm ze skokiem maks.
- > 1 mm,
- > wysokość zęba płaszczyzny implantu 0,5 mm, automatyczny mechanizm
- > blokujący pozwalający na rewizyjne usunięcie śrub.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim
p.o. DYREKTORA NACZELNEGO
Dariusz Tumulec