

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 26.10.2018r

Saprawa ZOZ.ZO/33/2018 ..

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pytanie, dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**zakup i dostawy materiałów medycznych**” ogłoszonego na stronie internetowej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 24.10.2018r informujemy:

Pytania:

1. Pakiet nr 1 poz. 15

Prosimy o podanie skali wymaganego papieru: 210 czy 240?

Odpowiedź: Skala 210

2. Pakiet nr 1 poz. 11,12

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych czy też dopuszcza kompatybilne?

Odpowiedź: Dopuszczamy kompatybilne papiery

3. Pakiet nr 1 poz.19,21,22,23

Czy powyższe papiery mają być z nadrukiem czy bez?

Odpowiedź: poz. 19 i 21 z nadrukiem
poz. 22 i 23 bez nadruku

4. Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody okrągłej z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 45 mm x 42 mm tj. średnica elektrody 42 mm, średnica elektrody z języczkiem 45 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Dopuszczamy

5. Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody bez zdzieraka, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

6. Pakiet nr 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej o rozmiarze 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Dopuszczamy

7. Pakiet nr 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej w kształcie kwiatka o rozmiarze 25,7 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Nie

8. Pakiet nr 2 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 50 x 35 mm, z hydrożelem stałym zapewniającym wysoką przylepność, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Dopuszczamy.

9. Pakiet nr 2 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 45 x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Nie dopuszczamy.

10. Pakiet nr 2 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: Tak

11. Zadanie nr 1 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 58 mm x 25 m z jednoczesną wyceną i przeliczeniem wymaganych ilości tj. 12 rolek, jeśli zamawiający oczekuje papieru w kratkę.

Odpowiedź: Dopuszczamy

12. Zadanie nr 1 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57mm x 30 m z jednoczesną wyceną i przeliczeniem wymaganych ilości tj. 10 rolek, jeśli zamawiający oczekuje papieru gładkiego.

Odpowiedź: Nie

13. Zadanie nr 1 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 100 mm x 40 m z jednoczesną wyceną i przeliczeniem wymaganych ilości tj. 57 rolek, jeśli zamawiający oczekuje papieru w kratkę.

Odpowiedź: Dopuszczamy

14. poz.1

Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji papieru gładkiego, czy z nadrukiem?

Odpowiedź: Papiery z nadrukiem

15 poz.11 i 12

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach papierów oryginalnych wyprodukowanych przez Producenta aparatów firmę Mitsubishi, czy dopuszcza papiery kompatybilne, współpracujące z drukarkami Mitsubishi?

Odpowiedź: Dopuszczamy papiery kompatybilne

16. poz.22

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w podaniu rozmiaru papieru w tej pozycji, ponieważ wg kart katalogowych Producenta defibrylatorów Cardio Aid 360B stosowany jest papier w rozmiarze 50mmx30m/gładki?

Odpowiedź: Nie

17. poz.23

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w podaniu rozmiaru papieru w tej pozycji, ponieważ wg kart katalogowych Producenta defibrylatorów, w aparacie Cardio Aid 200B/CA stosowany jest papier w rozmiarze 50mmx20m/gładki ? Wg naszej wiedzy rolka w rozmiarze 110x50 nie zmieści się do podajnika papieru.

Odpowiedź: Typ defibrylatora Cardio Aid 100 typ MC- papier 50x30 bez nadruku (podana była tylko szerokość papieru)

K. Zdujwionka

ZESPÓŁ OPERACYJNO-EDUKACYJNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim
DYREKTOR ZASTĘPCZY

Rafał Lipiec