

Sprawa ZP/32/2019

Wszyscy wykonawcy

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na „**zakup i dostawa łóżek ortopedycznych z wyposażeniem**” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr 602839-N-2019 z dnia 27.09.2019r informujemy:

Pytania:

1 dotyczy punktu 3 opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome, segment pleców i uda regulowany za pomocą nie wymagającego użycia siły mechanizmu śrubowego ?
Odpowiedź: Tak.

2 dotyczy punktu 7 opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego szczyty łóżka wykonane są z wysokiej jakości lekkiego tworzywa ABS, a ich montaż i demontaż odbywa się bez użycia narzędzi ?
Odpowiedź: Tak.

3 dotyczy punktu 2 opisu przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ortopedyczne z mechaniczną regulacją wysokości leża ?
Odpowiedź: Tak.

Łóżko ortopedyczno-hydrauliczne - 20 zestawów

4. Czy Zamawiający oczekuje aby łóżko szpitalne posiadało konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Producent stosuje nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również zejście.
Odpowiedź: Nie

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne składane wzdłuż ramy leża, nie wystające ponad poziom materaca jak również poręcze te nie poszerzają wymiarów łóżka, gdyż najbardziej skrajnym elementem łóżka są krążki odbojowe. Producent ten stosuje nowoczesne rozwiązanie które jest praktyczne w codziennym funkcjonowaniu pacjenta, ułatwia pacjentom wejście jak również zejście.
Odpowiedź: Tak

6. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Tak

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża?
Odpowiedź: Tak

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez szczytów? W łóżkach z ramą ortopedyczną – rama ortopedyczna wykonana z rur stalowych pokrytych chromem stanowi oparcie dla wypełnienia szczytów wykonanego z płyty hpl.

Odpowiedź: Nie

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1025 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Tak

10. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem wykonanym z płyty tworzywowej typu hpl?

Odpowiedź: Nie

11. Czy Zamawiający dopuści taboret z siedziskiem wykonanym z płyty tworzywowej typu hpl?

Odpowiedź: Nie

12. Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie (produkt jest oznaczony znakiem CE)

Odpowiedź: Tak


13. Czy Zamawiający dopuści taboret, który nie jest wyrobem medycznym i obarczony jest stawką 23%? Taboret nie posiada deklaracji zgodności oraz wpisu/zgłoszenia do RWM, gdyż nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź: Tak

14. Czy Zamawiający pisząc: Taboret szpitalny, udźwig min 100 kg, siedzisko tworzywo sztuczne, dopuści taboret gdzie siedzisko obite jest materiałem skóropodobnym o wysokich parametrach wytrzymałościowych ?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Zdybiarke


DYREKTOR
mgr ANDRZEJ GRUZA