

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 11.02.2022 r.

Sprawa ZP/06/2022

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „*zakup i dostawy odczynników laboratoryjnych*” ogłoszonego w **Biuletynie Zamówień Publicznych** pod nr **2022/BZP 00045747/01** z dnia **04.02.2022 r.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytanie nr 1

Dotyczy projektu umowy §5 ust 3 dla pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na:

Dostawca zobowiązuje się przyjąć reklamację i dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy lub wystawić notę korygującą w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym zostało potwierdzone za pomocą podanego w umowie adresu e-mailowego otrzymanie powiadomienia reklamacyjnego. W przypadku reklamacji, jeśli występują, zdarzają się one w odniesieniu do pojedynczych testów i w takim przypadku wygodniejszą formą jest wystawienie noty korygującej dla takich reklamacji/testów, pozwalających odliczyć koszt takiego jednostkowego testu od należności do zapłacenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 5

Z uwagi na niniejsze wymogi Zamawiającego: " możliwość korzystania z autoryzowanego serwisu dla analizatora GeneExpert w trakcie trwania umowy na odczynniki i akcesoria, przegląd techniczny analizatora zgodnie z wymogami producenta w trakcie trwania umowy na odczynniki i akcesoria, bezpłatne zabezpieczenie laboratorium (w czasie 48 godzin od zaistnienia awarii) lub zabezpieczenie w zastępczy aparat na okres naprawy analizatora GeneExpert", zwracamy się z prośbą o możliwość dodania dodatkowej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia - o brzmieniu: „wymóg zapewnienia 12 miesięcznej umowa serwisowa na urządzenie GeneXpert”, ponieważ zakres wymagań Zamawiającego jest rozszerzony o czynności serwisowe, nie wliczone w koszt dostawy testów, posiadające inną stawkę VAT, zatem musi zostać wyodrębniona jako oddzielna pozycja na fakturze – Umowa Serwisowa

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia - o brzmieniu: „wymóg zapewnienia 12 miesięcznej umowa serwisowa na urządzenie GeneXpert”

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
DYREKTOR NACZELNY

Tomasz Kopiec